

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

17.4.2025

Hankinta 92628 Haavanhoito

OIKAISUVAATIMUS

Pyydämme oikaisua osa-alueeseen 4. Polyuretaanisidokset, haavasidos PU border ster ryhmä 2, nimikkeet 327753, 527755 ja 327763

Tarjouspyyntö / Hankinnan kohteen kriteerit

Yhteiset kriteerit/tiedot

TUOTTEIDEN YLEISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET

Tarjottujen tuotteiden on vastattava nimikkeiden nimityksiä sekä niille asetettuja pakottavia vaatimuksia. Tarjottavien tuotteiden on sovellettava käyttötarkoitukseen.

Tuotteiden ominaisuuksia on tarkennettu joissakin kohtaa nimikkeen lisäksi käytössä olevilla esimerkkituotteilla. Esimerkkituotteita vastaavat tuotteet hyväksytään.

Pakottavat vaatimukset:

Ryhmä 2: Joustaa ja mukautuu kaikkiin suuntiin

Sidoksen ominaisuudet mahdollistavat haavaeritteen määrän seurannan

Sallittu kokovaihtelu 6.5-8.5 cm x 6.5-8.5 cm

Esimerkkituote: Mepilex Border Flex

Valittu tuote: ALLEVYN Gentle Border

Sanallinen arvio: "Imee eritteen nopeasti, jää pintakuivaksi. Erityksen hallinta hyvä. Joustaa joka suuntaan. Pysyy kohtalaisesti paikoillaan, on vaivattomasti irrotettavissa."

1. Esimerkkituotteessa Mepilex Border Flex on päällikalvossa pisteruudukko eritteen seurantaan varten. Ruudukon avulla haavaeritteen leviämistä voidaan seurata ja havainnot kirjata haavan paranemista häiritsemättä. Ruudukon pisteet on sijoitettu 1cm välein toisistaan, jolloin eritteen määrä on mahdollista kirjata esim. 2x3cm. Tämä mahdollistaa haavaeritteen määrän kirjaamisen yhtenäisesti, riippumatta haavaa hoitavasta terveydenhoidon ammattilaisesta.



D. Eritteen seuranta ilman sidosvaihtoa

Eritteen seuranta monitori käyttää pisteiden ruudukkoa, joiden avulla haavaeritteen leviämistä voidaan kirjata haavaa häiritsemättä²




© Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved 2019



Viitaten avoimeen markkinatietoon, tuotteessa ALLEVYN Gentle Border ei ole haavaeritteen seuraamiseen tarkoitettua ominaisuutta, jolloin se ei täytä ryhmän 2 pakottavia vaatimuksia eikä vastaa esimerkkituotetta.

2. Esimerkkituote Mepilex Border Flex on 5-kerrossidos. Viitaten avoimeen markkinatietoon valittu tuote Allevyn Gentle Border on 3-kerrossidos, josta puuttuu sekä eritettä levittävä että superabsorbent -kerros.



Pyydämme selvitystä, millä tavoin valittu tuote ALLEVYN Gentle Border vastaa ryhmän 2 pakottavaan vaatimukseen: ”Sidoksen ominaisuudet mahdollistavat haavaeritteen määrän seurannan” sekä vastaa esimerkituotetta Mepilex Border Flex 5-kerrossidos.

Ystävällisin terveisin,

Elina Kuparinen

Tender & Contract Specialist

Puh. +358 50 313 9849

tenderandcontractfi@molnlycke.com