

179616 / 179616 Terveyskeskus- ja sairaalatasoiset natiivikuvauslaitteet

Tarjouspyyntö

Organisaatio

Nimi ja osoitteet

Organisaation virallinen nimi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Organisaation tunniste

3221326-2

Postiosoite

PL 10

Postitoimipaikka

POHDE

Postinumero

90029

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

Verkko-osoite

<https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Juha Kervinen

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 401785090

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

juha.kervinen@pohde.fi

Yhteishankinta

Muille ostajille tarkoitettuja julkisia urakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevia sopimuksia tai puitejärjestelyjä tekevä yhteishankintayksikkö

Kyllä

Viestintä

Hankinta-asiakirjojen osoite (URL)

<https://tarjouspalvelu.fi/pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue?id=505956&tpk=c1f482e7-bfb6-4a49-a5b5-62eb8c42b3a1>

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu

Ei

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi

<https://tarjouspalvelu.fi/pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue?id=505956&tpk=c1f482e7-bfb6-4a49-a5b5-62eb8c42b3a1>

Mukana olevat organisaatiot

Organisaation virallinen nimi

Kainuun hyvinvointialue

Organisaation tunniste

3221331-8

Postiosoite

Sotkamontie 13

Postitoimipaikka

Kajaani

Postinumero

87300

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1D8 Kainuu

Verkko-osoite

<https://sote.kainuu.fi>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Kainuun hyvinvointialue

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 861561

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

hankintatoimisto@kainuu.fi

Ostajaorganisaation tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

Pääasiallinen toimiala

Terveys

Organisaation virallinen nimi

Lapin hyvinvointialue

Organisaation tunniste

3221332-6

Postiosoite

Ounasrinteentie 22

Postitoimipaikka

Rovaniemi

Postinumero

96400

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1D7 Lappi

Verkko-osoite

<http://www.lapha.fi>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Lapin hyvinvointialue

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 406578129

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

virva.huhtala@lapha.fi

Ostajaorganisaation tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

Pääasiallinen toimiala

Terveys

Organisaation virallinen nimi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Organisaation tunniste

3221325-4

Postiosoite

Mariankatu 16-20

Postitoimipaikka

Kokkola

Postinumero

67200

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI1D5 Keski-Pohjanmaa

Verkko-osoite

<https://soite.fi/>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 68287766

Organisaation yhteispisteen sähköpostiosoite

hankinnat@soite.fi

Ostajaorganisaation tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

Pääasiallinen toimiala

Terveys

Hankinnan kohde

Nimi

179616 Terveyskeskus- ja sairaalatasoiset natiivikuvauslaitteet

Ilmoituksen viite / diaarinumero

179616

Hankinnan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa hyvinvointialue (myöhemmin Pohde) pyytää tarjoustanne natiivikuvauslaitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on terveyskeskus- ja sairaalatasoon natiivikuvauslaitteet, tarkemmin tarjouspyynnöstä selviävät varaosat sekä laitteistojen huollot Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Lapin hyvinvointialueelle, Kainuun hyvinvointialueelle ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Hankinnasta muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kaksi laitetta kumpaankin osa-alueeseen (terveyskeskus- ja sairaalatasoon natiivikuvauslaitteet). Laitteet asetetaan tarjousvertailun mukaisesti etusijajärjestykseen. Tilaukset tehdään valituilta toimittajilta etusijajärjestystä käyttäen. Tilaaja voi poiketa etusijajärjestyksestä sopimusluonnoksessa mainituilla perusteilla.

Hankintasopimus on voimassa kaksi (2) vuotta, jonka lisäksi on mahdollisuus 1+1 vuoden optioon. Tilaaja päättää optioiden käytöstä erikseen.

Laitesidonnaisten tarvikkeiden, kulutustarvikkeiden, lisävarusteiden ja varaosien hinnat jatkuvat kahden vuoden määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevina.

Lisäksi tilaaja päättää erikseen mahdollisesta huoltosopimuksesta ja sen laajuudesta takuuajan jälkeiselle ajalle takuuajana /takuuajan jälkeen.

Tarjoajan on tarvittaessa järjestettävä tutustuminen tarjoamaansa laitteeseen.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut laitteiden kulutusmäärät ovat arvioituja hankintakauden kulutusmääriä. Arvioidut laitekulutuskulutusmäärät ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Hankintasopimus ei muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Pääasiallinen hankintalaji

Tavarahankinnat

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Kyllä

Tarjoajan on tarjottava kaikkiin osiin

Ei

Osien enimmäismäärä, joihin tarjoaja voi jättää tarjouksia

2

Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä

2

Osan nimi

Terveyskeskustasoiset natiivikuvauslaitteet

Tunniste

179616

Osan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa hyvinvointialue (myöhemmin Pohde) pyytää tarjoustanne terveyskeskustasoisista natiivikuvauslaitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on terveyskeskustason natiivikuvauslaitteet, tarkemmin tarjouspyynnöstä selviävät varaosat sekä laitteistojen huollot Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Lapin hyvinvointialueelle, Kainuun hyvinvointialueelle ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Pääasiallinen hankintalaji

Tavarahankinnat

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Ajanjakso

48 Kuukautta

Osan nimi

Sairaalatasoiset natiivikuvauslaitteet

Tunniste

179616

Osan kuvaus

Pohjois-Pohjanmaa hyvinvointialue (myöhemmin Pohde) pyytää tarjoustanne sairaalatasoisista natiivikuvauslaitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena on sairaalatasoiset natiivikuvauslaitteet, tarkemmin tarjouspyynnöstä selviävät varaosat sekä laitteistojen huollot Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Lapin hyvinvointialueelle, Kainuun hyvinvointialueelle ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Pääasiallinen hankintalaji

Tavarahankinnat

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

(Arvioitu) Ajanjakso

48 Kuukautta

Menettely

Menettelyn tyyppi

Avoin menettely

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Ei sovelleta

Puitejärjestely

Puitejärjestely, johon ei liity uudelleen kilpailuttamista

Menettelyn kuvaus

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan.

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä.

Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti.

Voittaneen tarjoajan on pyydettyessä toimitettava alle 12 kuukautta vanha rikosrekisteriote (hankintamenettelyote) kahden (2) viikon sisällä hankintapäätöksen tiedoksisaamisesta osoitteeseen :

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Konsernipalvelut / Hankintapalvelut
Juha Kervinen
PL 11, 90029 POHDE

Mikäli rikosrekisteriote halutaan palautettavan, siitä tulee mainita rikosrekisteriotteen toimituksen yhteydessä. Muussa tapauksessa se hävitetään heti tarkistuksen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti rikosrekisteriotteen voi käydä näyttämässä paikan päällä tai esittää Teams-palaverissa, jolloin siitä tulee sopia aika etukäteen.

Rikosrekisteriotteet on toimitettava seuraavista henkilöistä:

- ehdokas tai tarjoaja itse (yhteisösakko);
- osakeyhtiön pää- tai toimitusjohtaja;
- osakeyhtiön varatoimitusjohtaja;
- yhteisön hallituksen puheenjohtaja;
- yhteisön hallituksen nimenkirjoittajat;
- yhtiön prokuristit;
- yhdistyksen puheenjohtaja;
- yksityinen elinkeinonharjoittaja;
- avoimen yhtiön yhtiömiehet;
- kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Tarjouspalvelun tiedot

Määräajat

Tarjousten, osallistumishakemusten tai kiinnostuksenilmaisujen vastaanottamisen määräaika

31.3.2026 10:00:00

Tarjousten avaamisen päivämäärä ja kellonaika

31.3.2026 11:00:00

Aika, joka tarjousten on oltava voimassa niiden jättämiselle asetetusta määräajasta alkaen

6 kuukautta

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika

6.3.2026 10:00:00

Muut tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys

Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin

Lisätietokysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportalista. Samasta paikasta löytyvät myös lisätietokysymyksiin annetut vastaukset.

Lisätietokysymykset tulee esittää yksittäisinä erillisinä selkeinä kysymyksinä.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin ei vastata puhelimitse tai muulla tavalla. Tarjoajilla on velvollisuus käydä katsomassa lisätietokysymykset ja niihin annetut vastaukset ja käyttää täsmennettyjä tietoja hyväksi tarjouksessaan.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tarjoajan tulee olla yhteydessä Cludia tukeen, puh 020 766 1077 (tuki@cloudia.fi).

Liikesalaisuustietojen esittäminen kriteerikohtaisesti Tarjouspalvelussa sallittu

Kyllä

Muut ehdot

Ehdon nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
TARJOAJAN PERUSTIEDOT		
Tarjouksen numero/tunnus	Syötettävä	
Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteyshenkilö(t) / edustaja(t) yhteystietoineen <i>Tarjouksessa on ilmoitettava edustajien yhteystiedot. Ilmoitettava nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.</i>	Syötettävä	
Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään.	Syötettävä	
Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen	Valinta vaaditaan	
Jos kyllä		
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero	Syötettävä	
Jos ei		
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite.	Syötettävä	
PAKOLLISET VAATIMUKSET		

Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu

- Tarjoajalle,
- Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille
- Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille
- Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta.

OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täyttyy.

EU-KOMISSION IPI-ASETUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Tähän hankintaan sovelletaan EU-komission IPI-asetusta (EU) 2022/1031 ja komission antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2025/1197, joilla rajoitetaan kiinalaisten tarjoajien osallistumista lääkinnällisiä laitteita koskeviin hankintoihin, joiden ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on vähintään 5 miljoonaa euroa. Hankinnassa sovelletaan IPI-asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisia tarjouskilpailussa valituksi tullutta tai tulleita tarjoajia koskevia velvoitteita (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2025/1197 2 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) 2022/1031, 8 artikla). Hankintayksikkö sulkee hankintamenettelyn ulkopuolelle Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tarjoajat.

Asetusten mukaisesti tarjoaja sitoutuu

- a) olemaan teettämättä alihankintana enempää kuin 50 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta sellaisilla alihankkijoilla, jotka ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta;
- b) varmistamaan sopimuksen keston ajan, että sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä toimitetut tavarat tai suoritettut palvelut, jotka ovat peräisin Kiinan kansantasavallasta, edustavat enintään 50:tä prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta, riippumatta siitä, toimittaako kyseiset tavarat tarjouskilpailun voittaja suoraan vai alihankkija tai suorittaako kyseiset palvelut tarjouskilpailun voittaja suoraan vai alihankkija;
- c) toimittamaan hankintayksikölle niiden pyynnöstä a tai b alakohtaa koskevan riittävän näytön viimeistään sopimuksen täytäntöönpanon päätyttyä.
- d) maksamaan oikeasuhteisen maksun, joka on 10 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta, jos a tai b kohdassa tarkoitettuja velvoitteita ei noudateta.

Tarjouspyynnön liitteenä olevissa sopimusehdoissa on määritetty, minkä suuruista d-kohdan tarkoittamaa oikeasuhteista maksua hankintayksikkö soveltaa tässä hankinnassa.

Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajan alkuperän todentamiseen liittyviä tietoja, tietoja käytettyjen alihankkijoiden tai tavaroiden alkuperästä tai muuta edellä mainittuihin kohtiin a ja b liittyvää selvitystä milloin tahansa hankintamenettelyn aikana. Jos tarjoaja ei toimita tällaisia tietoja tai asiakirjoja ilman järkevää selitystä ja siten estää hankintayksikköä todentamasta tarjoajan, alihankkijoiden, tavaroiden tai palveluiden alkuperää tai tekee tällaisen todentamisen käytännössä mahdottomaksi tai erittäin vaikeaksi, hankintayksikkö sulkee tarjoajan pois hankintamenettelystä. Tarjoajalla on myös velvollisuus toimittaa sanottuja tietoja ja selvityksiä hankintayksikön pyynnöstä milloin tahansa sopimuksen täytäntöönpanon aikana tai sopimuksen päätyttyä.

Hankintayksikkö vertailee ja valitsee tarjoukset tarjouspyynnössä esitettyjen perusteiden mukaisesti. Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia tavaroita/palveluita ei hylätä. Tarjoajan täytyy siis tarjousta antaessaan huomioida, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tavarat /palvelut tulevat osaksi tarjoajan ja hankintayksikön välistä sopimusta, jos tavarat/palvelut tulevat valituksi tarjousvertailussa.

Hankintayksikkö tarkistaa sopimuksen päätyttyä, mikä oli sopimuksen arvo ja miten suuri osa sopimuksen arvosta muodostui Kiinan kansantasavallasta peräisin olevista tavaroista/palveluista ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevasta alihankinnasta. Jos sopimus on voimassa toistaiseksi, tarkistus tehdään ensimmäiseltä neljältä vuodelta, jos sopimus on silloin vielä voimassa. Jos Kiinan

kansantasavallasta peräisin olevat tuotteet edustavat yli 50: tä prosenttia sopimuksen arvosta tai alihankinnasta yli 50 % on teetetty Kiinan kansantasavallasta peräisin olevilla alihankkijoilla, hankintayksikkö perii tarjoajalta edellä kuvatun oikeasuhteisen maksun.

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. "Kyllä" vaaditaan

Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täyttyy.

Tarjoaja toimittaa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset tarjouksen tekemisen yhteydessä. Lisäksi tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset myöhemmin sopimuskaudella vuosittain. "Kyllä" vaaditaan

Laki edellyttää tilaajaa tarkistamaan, ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle, enintään kolme kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset, joita ovat:

- *Selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta.*
- *Kaupparekisteriote.*
- *Selvitykset verovelasta.*
- *Selvitykset työntekijöiden eläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta.*
- *Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.*
- *Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.*
- *Rakennuslalla myös selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.*

Dokumenteilta tarkistetaan myös mahdolliset yrityksen vastuuhenkilöiden liiketoimintakiellot. Sopimusta ei solmita sellaisen tahon kanssa, jonka lain vaatimilla selvityksiltä ilmenee yrityksen vastuuhenkilön liiketoimintakiello.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava kaikki edellä mainitut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos tarjoaja on ulkomainen yritys, jolla on suomalainen Y-tunnus, tarjoajan on toimitettava lisäksi Suomesta saatavat selvitykset ennakonperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin kuulumisesta sekä selvitys verovelasta.

Tiedot löytyvät Suomen Luotettava kumppani - palvelusta. Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Täydentäkää, mistä palvelusta.

Syötettävä

Jos ei

Lataa yllä mainitut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tähän.

Lataus vaaditaan

Tarjoaja toimittaa hankintayksikön erillisestä pyynnöstä rikosrekisteriotteet alla kuvatun mukaisesti. "Kyllä" vaaditaan

Hankintayksikkö voi varmistua rikosrekisteriotteiden perusteella siitä, ettei tarjoajaa rasita mikään hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoajaa tilaa otteet Oikeusrekisterikeskukselta omalla kustannuksellaan. Otteet saavat olla korkeintaan 12 kuukautta vanhoja. Rikosrekisteriotteet voidaan pyytää hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana.

Rikosrekisteriotteet on toimitettava seuraavista henkilöistä:

- ehdokas tai tarjoaja itse (yhteisösakko);
- osakeyhtiön pää- tai toimitusjohtaja;
- osakeyhtiön varatoimitusjohtaja;
- yhteisön hallituksen puheenjohtaja;
- yhteisön hallituksen nimenkirjoittajat;
- yhtiön prokuristit;
- yhdistyksen puheenjohtaja;
- yksityinen elinkeinonharjoittaja;
- avoimen yhtiön yhtiömiehet;
- kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Otteet toimitetaan osoitteeseen:

*Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Konsernipalvelut / Hankintapalvelut
Juha Kervinen
PL 11, 90029 POHDE*

Jos rikosrekisteriote halutaan palautettavan, siitä tulee mainita rikosrekisteriotteen toimituksen yhteydessä. Muussa tapauksessa se hävitetään heti tarkistuksen jälkeen.

Vaihtoehtoisesti rikosrekisteriotteen voi toimittaa suojatulla sähköpostilla tai käydä näyttämässä paikan päällä taikka esittää Teams-palaverissa, jolloin siitä tulee sopia aika etukäteen.

Käyttääkö tarjoaja sopimuksen toteuttamisessa alihankkijoita tai voimavara-alihankkijoita? Valinta vaaditaan

Alihankkija tarkoittaa tarjoajan sopimuskomppania, joka osallistuu konkreettisesti tavarain tai palvelun tuottamiseen. Esimerkiksi palveluntarjoajan tavarantoimittajan tai tilintarkastusyhteisön kaltaisia yhteistyökumppaneita ei katsota alihankkijoiksi. Myöskään tavanomaisia kuljetuspalveluita tuottavaa yritystä ei pidetä alihankkijana.

Voimavara-alihankkija tarkoittaa tarjoajan alihankkijaa, joka osallistuu hankinnan toteuttamiseen ja lisäksi jonka voimavaroja tarjoaja käyttää tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi. Tällöin tarjoaja vetoaa esimerkiksi tarjouspyynnön mahdollisten referenssejä, ammatillista pätevyyttä tai taloudellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi voimavara-alihankkijan referensseihin, ammatilliseen pätevyyteen tai taloudelliseen tilanteeseen.

Jos kyllä

Lataa täydennetty liite "Alihankkijat" tähän.

Lataus vaaditaan

Tarjous annetaan ryhmittymänä.

Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Jos Toimittaja on ryhmittymä, ryhmittymän muodostavat yritykset vastaavat yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos yksi tai useampi ryhmittymään kuuluva yritys rikkoo sopimusta, on hankintayksiköllä oikeus vaatia sopimuksenmukaisen velvollisuuden täyttämistä tai sopimusrikkomuksesta johtuvaa vahingonkorvausta tai sopimussakkoa miltä tahansa ryhmittymään kuuluvalta yritykseltä ja kyseinen yritys on tällöin velvollinen vastaamaan sopimusvelvoitteista omalta ja muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten osalta. Sopimusrikkomusten seurauksia laskettaessa ryhmittymä katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi siten, että esimerkiksi sopimuksenmukainen viivästyssakko peritään vain kertaalleen.

"Kyllä" vaaditaan

Lataa täydennetty liite "Ryhmittymä" tähän.

Lataus vaaditaan

Jokaisen ryhmittymän jäsenen pitää täyttää omalta osaltaan ESPD-lomake.

MUUT EHDOT

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Tarjouksen on oltava suomenkielinen. Tekniset dokumentaatiot voidaan kuitenkin toimittaa suomen- tai englanninkielisenä.

Jos hankintaan kohdistuu muutoksenhaku ja sopimuskauden aloitus sen vuoksi viivästyy, siirretään sopimuskauden aloitusta eteenpäin, kunnes sopimus voidaan tehdä. Sopimuksen päättämispäivää ei kuitenkaan siirretä eteenpäin. Esimerkiksi jos muutoksenhaku kohdistuu hankinnan yhteen osa-alueeseen, asian ratkettua kyseisen osa-alueen sopimus tehdään päättymään samaan aikaan kuin muiden osa-alueiden.

Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.

"Kyllä" vaaditaan

Tarjoajan omia, tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja ei hyväksytä.

Hankinnan kohteen kriteerit

Terveyskeskustasoiset natiivikuvauslaitteet

Hinnan maksimipisteet: 50,00

Hinnan pisteiden laskentatapa: (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet

Osa-alueen sisäiset osatarjoukset sallittu: Ei

Kohteen painoarvo hinnan maksimipisteistä määritettävissä: Ei

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Terveyskeskustasoinen natiivikuvauslaite

Hankittava määrä: 11 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimipisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------------

Hintaan tulee sisältyä KAIKKI tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt pakolliset vaatimukset sekä vanhan laitteen hävittäminen.

Vertailuhinta ei ole automaattisesti hankintakauden aikana tapahtuvien hankintojen ostohinta.

Tarjoukset on tehtävä jokaisesta tarjotusta laitekoonpanosta erillisinä omina tarjouksinaan Cloudia-järjestelmään (laite ja tarvikkeet/lisävarusteet).

Tarjoaja toimittaa tarjouspyynnössä pyydetty tiedot tarjouksen liitteenä, jos tiedoille ei ole määritelty tarjouspyynnössä erillistä paikkaa. Liitteet tulee nimetä selkeästi ja kuvaavasti.

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti. "Kyllä" vaaditaan

Laitekoonpano esittely. Lataus vaaditaan

Tarjotun kokonaishinnan erittely. Erityyessä esitettävä yksikköhinnat, tuotenumerot ja -merkit. Erityylystä tulee selvittää myös mahdollisten ohjelmistojen hinnat. Lataus vaaditaan

Laitteiden kulutusmääräarvio

Laitteiden arvioitu kulutusmäärä hankintakaudelle on 11 kpl.

Määrä on alustava arvio, joka voi muuttua merkittävästikin eikä se sido Tilajaa. Arvioidut laitekulutusmäärät ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi.

Tilaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin tai määräostovelvoitteisiin tällä ilmoituksella.

Tarjoaja voi tarjota samaan kohteeseen eri vaihtoehtoja.

Tarjoukset on tehtävä jokaisesta tarjotusta laitekoonpanosta erillisinä, omina tarjouksinaan Cloudia-järjestelmään (laite ja tarvikkeet/lisävarusteet).

Rinnakkaistarjoukset on sallittuja.

LAITETIEDOT

Merkki, malli ja tuotenumero. Syötettävä

UDI-koodi

Sailab-koodi ja -nimike Syötettävä

Jos laitteella ei ole Sailab-koodia, on sen yleisnimike kuitenkin ilmoitettava (esimerkiksi EKG-rekisteröintilaitte)

Alkuperämaa Syötettävä

Tavaran alkuperämaa määritetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 60 artiklan mukaisesti. Ilmoita alkuperämaa ISO 3166 -standardin 2-kirjaimisena koodina.

Tuote-esite tai tuote-esitteet tarjotuista tuotteista. Lataus vaaditaan

Muut laitteeseen liittyvät tarvikkeet, ohjelmistot, palvelut tai vastaavat tuote- ja hintatietoineen niiltä osin, kun hintoja ei ole pyydetty. Lataus vaaditaan

Toimitusaika tilauksesta toimitukseen. viikko/a Syötettävä kokonaisluku

Mahdolliset kulutustarvikkeet. Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Lataa täydennetty liite "Laitetarvikkeet" tähän. Lataus vaaditaan

Tuote-esitteet. Lataus vaaditaan

Mahdolliset lisävarusteet.	Valinta vaaditaan
Jos kyllä	
Lataa täydennetty liite "Mahdolliset lisätarvikkeet" tähän.	Lataus vaaditaan
Tuote-esitteet.	Lataus vaaditaan
Ilmoita mahdolliset muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttömahdollisuudet ja käyttörajoitukset. Perustelu käyttörajoitukselle on ilmoitettava.	Lataus vaaditaan
Laite- ja ohjelmistovirheiden päivitysten on sisällyttävä hintaan. Laitevalmistajan on informoitava asiakasta potilaan hoidon kannalta oleellisista laite- ja ohjelmistovirheistä välittömästi.	"Kyllä" vaaditaan
Laite- ja ohjelmistopäivitysten on sisällyttävä hintaan viiden (5) vuoden ajan. Päivitysten sisältö kuvattava päivitysten yhteydessä.	
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET	
Laite	
Tarjotun laitteen tulee olla uusi, vähintään vaatimukset täyttävä, käyttötarkoitukseen soveltuva sekä aina valmistajan viimeisimmän teknologian mukainen.	"Kyllä" vaaditaan
Vähintään kaksi 1 + 2 (kaksi optiona) detektoria, joista yhden detektorin järjestelmässä on oltava liikuteltava ja käytettävissä thorax-telineissä.	"Kyllä" vaaditaan
Yhden detektorin järjestelmässä detektorin voi olla liikuteltava ja käytettävissä thorax-telineissä, tai kiinteästi telineeseen asennettu	
<i>Vertailuhintaan lasketaan mukaan 1 + 1 detektoria.</i>	
<i>Tilaja voi halutessaan tilata myös toisen optiodetektorin, jolloin optiodetektorien määrä on kaksi (2).</i>	
Yhden detektorin on oltava detektorialtaan vähintään 40cm X 40cm.	"Kyllä" vaaditaan
Langattoman detektorin kuva-alueen tulee olla vähintään 34cm x 40cm.	
Automaattinen paikka-ajotoiminnallisuus, sekä röntgenputken manuaalinen vapaa liikuteltavuus.	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Kuvaus automaattisesta paikka-ajotoiminnallisuudesta.	Lataus vaaditaan
Jos horisontaalikuvausten suorittamiseen kuuluu kannettavan detektorin teline, on kyseinen teline tarjottava optiona.	"Kyllä" vaaditaan
Thx-telineessä käsikuti sivukuvia varten.	"Kyllä" vaaditaan
Thx-telineen detektorin vähimmäiskallistukset -10 astetta - 90 astetta vertikaalisesti.	"Kyllä" vaaditaan
Mahdollista kuvata sängyn reunalla olevan potilaan thx-kuvaus.	"Kyllä" vaaditaan
Irrotettavat hilat bycky-pöytään ja thx-telineelle soveltuen yleisimmin käytettäville kuvausvälineille.	"Kyllä" vaaditaan
DAP-mittari (mittaava tai laskennallinen).	"Kyllä" vaaditaan

Patja bucky-pöytään.	"Kyllä" vaaditaan		
Detektorin tuikeaineena Csl.	"Kyllä" vaaditaan		
Automaattinen kaihdin, jossa myös manuaalinen säätö.	"Kyllä" vaaditaan		
Mahdollista valita kuvausohjelmakohtainen esiasetus vähintään 1 cm:n tarkkuudella kaihtimen koolle.			
Automaattinen lisäsuodatuksen vaihto kohdeohjelman mukaan.	"Kyllä" vaaditaan		
Röntgenputken fokuspisteen alin korkeus lattiasta enintään 35 cm.	"Kyllä" vaaditaan		
Pitkien kuvien ottaminen ja kuvien yhdistäminen mahdollista.	"Kyllä" vaaditaan		
Kuvaa täytyy pystyä kääntämään portaattomasti.	"Kyllä" vaaditaan		
Mittatyökaluohjelma etäisyyksien mittaamiseksi kuvasta.	"Kyllä" vaaditaan		
Bucky-pöydän korkeussäätöalue (vähintään korkeusalue 55-90 cm).	"Kyllä" vaaditaan		
Röntgengeneraattorin teho vähintään 65 kW.	"Kyllä" vaaditaan		
Laadunvarmistusfantomi, esim. NORMI-13 tai DIGI-13.	"Kyllä" vaaditaan		
Jos kyllä			
Hinta tuotekuvauksineen.	Syötettävä		
Protokolliin voi asettaa kuvaan automaattisesti tulevan puolen merkin.	"Kyllä" vaaditaan		
Näyttö/monitori DICOM-kalibroitu/-kalibroitavissa (sekundääritasoinen riittää).	"Kyllä" vaaditaan		
THX-/Bucky-teline ja röntgenputki seuraavat toisiaan	"Kyllä" vaaditaan		
Virtuaalihilaominaisuus	"Kyllä" vaaditaan		
Tarjoukseen sisällyttävä suunnitelma laitteen sijoittelusta ja toiminnasta kyseisessä tilassa.	"Kyllä" vaaditaan		
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET			
Käyttöominaisuudet (maksimipisteet 20 pistettä)			
Kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen sekä koekäytön perusteella.			
Vertailtaessa kustakin ominaisuudesta annetaan parhaimmalle tarjoukselle maksimipisteet ja muita tarjouksia verrataan parhaimmaksi todettuun tarjoukseen.			
Röntgenputken kattoteline /monitoimiteline			
Röntgenputken manuaalisen liikuttamisen keveys ja kontrolli		2	Manuaalinen
- kuinka montaa nappia pitää painaa.			
Röntgenputkea voi liikuttaa yhdellä kädellä.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Detektorin ominaisuudet			

Kannettavan detektorin paino akun kanssa.		2	Manuaalinen
<i>Kevein saa maksimipisteet, muut suhteessa keveimpään.</i>			
Röntgenputken automaattikallistus detektorin kulman mukaan.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Thx-telineen iso detektori käytettävissä irtodetektorina.	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Thoraxtelineen käsituksen kantavuus.	Syötettävä kaksi desimaalia	1	(tarjottu arvo / suurin annettu arvo) * maksimipisteet
Kuvauspöydän ominaisuudet			
Bucky-pöydän alin korkeus.	Syötettävä kaksi desimaalia	2	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
<i>Matalimmalle menevä pöytä saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän.</i>			
Pystykuvaustelineen ominaisuudet			
Laite osaa valita mittakammiot automaattisesti, kun kuvaa rajataan.		1	Manuaalinen
Pystykuvaustelineen kallistukset ovat motorisoituja.	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Kuvauksen ohjaustietokoneen/ohjelmiston ominaisuudet			
Ohjelmisto ilmoittaa selkeästi jos hila ei ole kuvausprotokollan mukaisesti paikallaan.	Valinta vaaditaan		
<i>Selkeällä ilmoituksella tarkoitetaan virheilmoitusta, joka on visuaalisesti erottuva, yksiselitteisesti muotoiltu ja helposti ymmärrettävissä siten, että käyttäjä tunnistaa välittömästi ongelman (hilan virheellisen sijainnin) esimerkiksi värin, symbolin tai äänihälytyksen avulla, eikä voi ohittaa ilmoitusta huomaamatta.</i>			
Jos kyllä			
Ohjelmisto ilmoittaa selkeästi jos hila ei ole kuvausprotokollan mukaisesti paikallaan.	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Ladattava selvitys miten ohjelmisto ilmoittaa virhetilanteesta.	Lataus vaaditaan		
Automaattinen muistutus laadunvarmistustoimenpiteistä.	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Kaihdivokopon näytöltä voi siirtyä projektiosta toiseen ja valita suoritettavan tutkimuksen.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Potilaan henkilötiedot näkyvät röntgenputken näytöllä.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Kliininen kuvanlaatu ja sädeannos kliinisessä työssä asiantuntijoiden arvioimana eri tutkimuksissa (maksimipisteet 22p)			

Tämä kohta arvioidaan tarjosten asiakirjojen ja mahdollisten tutustumiskäyntien perusteella. Tarjouspyynnön mukana tulee toimittaa DICOM-formaatissa olevia tarjottavalla kliinisellä kuvauslaitteella otettuja kuvia pyydetyistä tutkimuksista. Kuvat tulee toimittaa CD/DVD:llä, ulkoisella muistilla tai latauslinkin kautta Pohteenn hankintapalveluiden yhteyshenkilölle (Juha Kervinen). Tutkimuksista tulee ilmetä tutkimuksen sädeannos (DAP). Toimittamattomien tai tutustumiskäynnillä näkemättömien kuvien osalta annetaan 0 pistettä.

Thorax seisten, aikuinen	8	Manuaalinen
Lonkka seisten, aikuinen	7	Manuaalinen
Polvenröntgen.	7	Manuaalinen

Tekniset ominaisuudet (maksimipisteet 3 pistettä)

Tämä kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen ja/tai koekäyttöjen/näytteiden/esittelyiden perusteella.

Näytön ominaisuudet (DICOM-kalibroitu luminanssi, monitorin natiiviresoluutio).	3	Manuaalinen
---	---	-------------

Koulutus, ylläpito ja tekninen tuki (maksimipisteet 5 pistettä)

Huollon vasteaika [vrk]	Syötettävä kokonaisluku	3	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
-------------------------	-------------------------	---	--

Tarjoaja ilmoittaa huollon vasteajan vuorokausissa.

Huollon vasteaika tarkoittaa aikaa arkisin ja virka-aikana, joka kuluu siitä, kun huoltopyyntö tehdään, siihen hetkeen, kun huoltohenkilö saapuu paikalle tai aloittaa työn.

Termi "arkisin" tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhäpäivät. Arkipyhäpäivinä tarkoitetaan seuraavia päiviä ma-pe osuvia: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, itsenäisyyspäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.

Mikäli luvattuihin aikatauluihin ei päästä niin sanktio on 500 € /vrk (koskee vain arkipäiviä ja virka-aikaa laitteen koko elinkaaren aikana).

Huollon tuntihinta erikseen tilattuna.	Syötettävä kaksi desimaalia	2	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
--	-----------------------------	---	--

Kiinteä detektori varaosana (vähintään 40*40cm)

Hankittava määrä: 6 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Varaosan hintaan täytyy sisältyä myös työn osuus.

Langaton (kannettava) detektori varaosana (35*40)

Hankittava määrä: 6 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Röntgenputki varaosana

Hankittava määrä: 6 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kaikenkattava huoltohinta takuuajan jälkeiselle viidelle vuodelle.

Hankittava määrä: 5 vuotta (EUR / vuotta)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Tarjoaja ilmoittaa kaiken kattavan huollon hinnan yhdelle vuodelle. Järjestelmä laskee kokonaishinnan viidelle vuodelle, jota käytetään vertailuhintana.

Kaiken kattavaan huoltosopimus sisältää vähintään määräaikaishuollon, vikahuollot ja -korjaukset, varalaitteet, ohjelmistopäivitykset sekä kaikki muut mahdolliset huoltotyöt ja kaikki näihin liittyvät kustannukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki kustannukset tarkoittaa esimerkiksi työtunteja, varaosia, tarvittavia kuljetuksia sekä matka- ja majoituskuluja.

"Kyllä" vaaditaan

Kaiken kattavan huoltosopimuksen kokonaishinnan erittely.

Lataus vaaditaan

Mahdollisesta huoltosopimuksesta ja sen laajuudesta takuuajan jälkeiselle ajalle hankintayksikkö päättää erikseen takuuajana/takuuajan jälkeen.

Sairaalatasoiset natiivikuvauslaitteet

Hinnan maksimipisteet: 50,00

Hinnan pisteiden laskentatapa: (pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet

Osa-alueen sisäiset osatarjoukset sallittu: Ei

Kohteen painoarvo hinnan maksimipisteistä määritettävissä: Ei

Osa-aluetta on pakko tarjota: Ei

Sairaalatasoinen natiivikuvauslaite

Hankittava määrä: 4 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hintaan tulee sisältyä KAIKKI tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt pakolliset vaatimukset sekä vanhan laitteen hävittäminen.

Vertailuhinta ei ole automaattisesti hankintakauden aikana tapahtuvien hankintojen ostohinta.

Tarjoaja toimittaa tarjouspyynnössä pyydetty tiedot tarjouksen liitteenä, jos tiedoille ei ole määritelty tarjouspyynnössä erillistä paikkaa. Liitteet tulee nimetä selkeästi ja kuvaavasti.

Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti.

Laitekoonpano esittely. Lataus vaaditaan

Tarjotun kokonaishinnan erittely. Erityyessä esitettävä yksikköhinnat, tuotenumerot ja -merkit. Erityylystä tulee selvittää myös mahdollisten ohjelmistojen hinnat. Lataus vaaditaan

Laitteiden kulutusmääräarvio

Laitteiden arvioitu kulutusmäärä hankintakaudelle on 4 kpl.

Määrä on alustava arvio, joka voi muuttua merkittävästikin eikä se sido Tilajaa. Arvioidut laitekulutuskäät ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi.

Tilaja ei sitoudu mihinkään hankintamääräin tai määrästovelvoitteisiin tällä ilmoituksella.

Tarjoaja voi tarjota samaan kohteeseen eri vaihtoehtoja. Tarjoukset on tehtävä jokaisesta tarjotusta laitekoonpanosta erillisinä, omina tarjouksinaan Cloudiajärjestelmään (laite ja tarvikkeet/lisävarusteet).

Rinnakkaistarjoukset on sallittuja.

LAITETIEDOT

Merkki, malli ja tuotenumero. Syötettävä

Sailab-koodi ja -nimike Syötettävä

Jos laitteella ei ole Sailab-koodia, on sen yleisnimike kuitenkin ilmoitettava (esimerkiksi EKG-rekisteröintilaite)

Alkuperämaa. Syötettävä

Tavarankuperämaa määritetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 60 artiklan mukaisesti. Ilmoita alkuperämaa ISO 3166 -standardin 2-kirjaimisena koodina

Tuote-esite tai tuote-esitteet tarjotuista tuotteista. Lataus vaaditaan

Muut laitteeseen liittyvät tarvikkeet, ohjelmistot, palvelut tai vastaavat tuote- ja hintatietoineen niiltä osin, kun hintoja ei ole pyydetty. Lataus vaaditaan

Toimitusaika tilauksesta toimitukseen. viikko/a Syötettävä kokonaisluku

Mahdolliset kulutustarvikkeet. Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Lataa täydennetty liite "Laitetarvikkeet" tähän. Lataus vaaditaan

Tuote-esitteet. Lataus vaaditaan

Mahdolliset lisävarusteet. Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Lataa täydennetty liite "Mahdolliset lisätarvikkeet" tähän. Lataus vaaditaan

Tuote-esitteet. Lataus vaaditaan

Ilmoita mahdolliset muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttömahdollisuudet ja käyttörajoitukset. Perustelu käyttörajoitukselle on ilmoitettava	Lataus vaaditaan
Laite- ja ohjelmistovirheiden päivitysten on sisällyttävä hintaan. Laitevalmistajan on informoitava asiakasta potilaan hoidon kannalta oleellisista laite- ja ohjelmistovirheistä välittömästi.	"Kyllä" vaaditaan
Laite- ja ohjelmistopäivitysten on sisällyttävä hintaan viiden (5) vuoden ajan. Päivitysten sisältö kuvattava päivitysten yhteydessä.	
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET	
Laite	
Tarjotun laitteen tulee olla uusi, vähintään vaatimukset täyttävä, käyttötarkoitukseen soveltuva sekä aina valmistajan viimeisimmän teknologian mukainen.	"Kyllä" vaaditaan
Vähintään kaksi (2) detektoria (+2 optiona), joista vähintään yhden on oltava langaton kannettava. <i>Vertailuhintaan lasketaan mukaan 2 + 1 detektoria.</i>	"Kyllä" vaaditaan
Kahden detektorin on oltava detektorialtaan vähintään 40 cm * 40 cm. Langattomien detektorien kuva-alat tulee olla seuraavat: - isompi 34cm x 40cm - pienempi enintään 25cm x 30cm.	"Kyllä" vaaditaan
Automaattinen paikka-ajotoiminnallisuus, sekä röntgenputken manuaalinen vapaa liikuteltavuus.	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Kuvaus automaattisesta paikka-ajotoiminnallisuudesta.	Lataus vaaditaan
Skolioosit ja pitkät mittakuvaukset seisten ja maaten.	"Kyllä" vaaditaan
Bucky-pöydässä otettavien pitkien mittakuvien alue tulee pystyä merkkamaan kun potilas nostetaan pöydälle oman patjansa kanssa.	"Kyllä" vaaditaan
Horisontaalikuvausten suorittamiseen kuuluu kannettavan detektorin teline (pyörillä liikutettava irtodetektorin teline).	"Kyllä" vaaditaan
Thx-telineessä käsituki sivukuvia varten.	"Kyllä" vaaditaan
Thx-telineen detektorin vähimmäiskallistukset -10 astetta - 90 astetta vertikaalisesti.	"Kyllä" vaaditaan
Mahdollista kuvata sängyn reunalla olevan potilaan thx-kuvaus.	"Kyllä" vaaditaan
Irrotettavat hilat bucky-pöytään ja thx-telineelle soveltuen yleisimmin käytettäville kuvausvälineille.	"Kyllä" vaaditaan
Irtohila saatavilla.	Valinta vaaditaan
Jos kyllä	
Irtohilan hinta tuotetietoineen.	Lataus vaaditaan
DAP-mittari (mittaava tai laskennallinen).	"Kyllä" vaaditaan
Patja bucky-pöytään.	"Kyllä" vaaditaan

Detektorin tuikeaineena Csl.	"Kyllä" vaaditaan		
Automaattinen kaihdin, jossa myös manuaalinen säätö.	"Kyllä" vaaditaan		
Mahdollista valita kuvausohjelmakohtainen esiasetus vähintään 1 cm:n tarkkuudella kaihtimen koolle.			
Automaattinen lisäsuodatuksen vaihto kohdeohjelman mukaan.	"Kyllä" vaaditaan		
Automaattisen paikka-ajon ohjelmoitavien kohteiden määrä vähintään 30.	"Kyllä" vaaditaan		
Röntgenputken fokuksipisteen alin korkeus lattiasta enintään 35 cm.	"Kyllä" vaaditaan		
THX-/Bucky-teline ja röntgenputki seuraavat toisiaan.	"Kyllä" vaaditaan		
Kuvaa täytyy pystyä kääntämään portaattomasti.	"Kyllä" vaaditaan		
Mittatyökaluohjelma etäisyyksien mittaamiseksi kuvasta.	"Kyllä" vaaditaan		
Bucky-pöydän korkeussäätöalue (vähintään korkeusalue 55-90 cm).	"Kyllä" vaaditaan		
Protokolliin voi asettaa kuvaan automaattisesti tulevan puolen merkin.	"Kyllä" vaaditaan		
Näyttö/monitori DICOM-kalibroitu/-kalibroitavissa	"Kyllä" vaaditaan		
THX-/Bucky-teline ja röntgenputki seuraavat toisiaan.	"Kyllä" vaaditaan		
Virtuaalihilaominaisuus.	"Kyllä" vaaditaan		
Tarjoukseen sisällyttävä suunnitelma laitteen sijoittelusta ja toiminnasta kyseisessä tilassa	"Kyllä" vaaditaan		
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET			
Käyttöominaisuudet (maksimipisteet 25 pistettä)			
Kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen sekä koekäytön perusteella.			
Vertailtaessa kustakin ominaisuudesta annetaan parhaimmalle tarjoukselle maksimipisteet ja muita tarjouksia verrataan parhaimmaksi todettuun tarjoukseen.			
Röntgenputken kattoteline /monitoimiteline			
Röntgenputken manuaalisen liikuttamisen keveys ja kontrolli		4	Manuaalinen
- kuinka montaa nappia pitää painaa.			
Detektorin ominaisuudet			
Kannettavan detektorin paino akun kanssa.		2	Manuaalinen
<i>Kevein saa maksimipisteet, muut suhteessa keveimpään.</i>			
Röntgenputken automaattikallistus detektorin kulman mukaan.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Kuvauspöydän ominaisuudet			

Bucky-pöydän alin korkeus. <i>Matalimmalle menevä pöytä saa täydet pisteet ja muut suhteessa tähän.</i>	Syötettävä kaksi desimaalia	2	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
Thoraxtelineen käsituksen kantavuus.	Syötettävä kaksi desimaalia	1	(tarjottu arvo / suurin annettu arvo) * maksimipisteet
Pystykuvaustelineen ominaisuudet			
Laite osaa valita mittakammiot automaattisesti, kun kuvaa rajataan.		1	Manuaalinen
Pystykuvaustelineen kallistukset ovat motorisoituja .	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Kuvauksen ohjaustietokoneen/ohjelmiston ominaisuudet			
Ohjelmisto ilmoittaa selkeästi jos hila ei ole kuvausprotokollan mukaisesti paikallaan. <i>Selkeällä ilmoituksella tarkoitetaan virheilmoitusta, joka on visuaalisesti erottuva, yksiselitteisesti muotoiltu ja helposti ymmärrettävissä siten, että käyttäjä tunnistaa välittömästi ongelman (hilan virheellisen sijainnin) esimerkiksi värin, symbolin tai äänihälytyksen avulla, eikä voi ohittaa ilmoitusta huomaamatta.</i>	Valinta vaaditaan		
Jos kyllä			
Ohjelmisto ilmoittaa selkeästi jos hila ei ole kuvausprotokollan mukaisesti paikallaan.	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Ladattava selvitys miten ohjelmisto ilmoittaa virhetilanteesta.	Lataus vaaditaan		
Kaihdkopan näytöltä voi siirtyä projektiosta toiseen ja valita suoritettavan tutkimuksen.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Potilaan henkilötiedot näkyvät röntgenputken näytöllä.	Valittava korkeintaan yksi	2	Kyllä 2 pistettä Ei 0 pistettä
Skolioosikuvauksen ja pitkien kuvausten ominaisuudet			
Skolioosikuvaustelineen ominaisuudet kuten tukevuus, tilavuus ja tukikaide.		3	Manuaalinen
Pitkien kuvausten suorittaminen käytännössä.		2	Manuaalinen
Röntgenpositiivinen mittatikku tai muu vastaava auttamassa manuaalista kuvien kohdentamista tarvittaessa		1	Manuaalinen
Pitkien kuvien yhdistäminen on automaattista.	Valittava korkeintaan yksi	1	Kyllä 1 pistettä Ei 0 pistettä
Kliininen kuvanlaatu ja sädeannos kliinisessä työssä asiantuntijoiden arvioimana eri tutkimuksissa (maksimipisteet 20p)			

Tämä kohta arvioidaan tarjosten asiakirjojen ja mahdollisten tutustumiskäyntien perusteella. Tarjouspyynnön mukana tulee toimittaa DICOM-formaatissa olevia tarjottavalla kliinisellä kuvauslaitteella otettuja kuvia pyydetyistä tutkimuksista. Kuvat tulee toimittaa CD/DVD:llä, ulkoisella muistilla tai latauslinkin kautta Pohteenn hankintapalveluiden yhteyshenkilölle (Juha Kervinen). Tutkimuksista tulee ilmetä tutkimuksen sädeannos (DAP). Toimittamattomien tai tutustumiskäynnillä näkemättömien kuvien osalta annetaan 0 pistettä.

Thorax seisten, aikuinen	4	Manuaalinen
Thorax maaten virtuaalihilalla	4	Manuaalinen
Skolioosi seisten, aikuinen	4	Manuaalinen
Kämmenröntgen	4	Manuaalinen
Lonkkakuvaus	4	Manuaalinen

Koulutus, ylläpito ja tekninen tuki (maksimipisteet 5 pistettä)

Huollon vasteaika [vrk]	Syötettävä kokonaisluku	3	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
<p>Tarjoaja ilmoittaa huollon vasteajan vuorokausissa.</p> <p>Huollon vasteaika tarkoittaa aikaa arkisin ja virka-aikana, joka kuluu siitä, kun huoltopyyntö tehdään, siihen hetkeen, kun huoltohenkilö saapuu paikalle tai aloittaa työn.</p> <p>Termi "arkisin" tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhäpäivät. Arkipyhäpäivinä tarkoitetaan seuraavia päiviä ma-pe osuvia: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, itsenäisyyspäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.</p> <p>Mikäli luvattuihin aikatauluihin ei päästä niin sanktio on 500 € /vrk (koskee vain arkipäiviä ja virka-aikaa laitteen koko elinkaaren aikana).</p>			
Huollon tuntihinta erikseen tilattuna.	Syötettävä kaksi desimaalia	2	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet

Kiinteä detektori varaosana (vähintään 40*40cm)

Hankittava määrä: 6 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimipisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------------

Varaosan hintaan täytyy sisältyä myös työn osuus.

Langaton (kannettava) detektori varaosana (34*40)

Hankittava määrä: 6 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Röntgenputki varaosana

Hankittava määrä: 6 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kaikenkattava huoltohinta takuuajan jälkeiselle viidelle vuodelle.

Hankittava määrä: 5 vuotta (EUR / vuotta)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja ilmoittaa kaiken kattavan huollon hinnan yhdelle vuodelle. Järjestelmä laskee kokonaishinnan viidelle vuodelle, jota käytetään vertailuhintana.				
Kaiken kattavaan huoltosopimus sisältää vähintään määräaikaishuollon, vikahuollot ja -korjaukset, varalaitteet, ohjelmistopäivitykset sekä kaikki muut mahdolliset huoltotyöt ja kaikki näihin liittyvät kustannukset. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaikki kustannukset tarkoittaa esimerkiksi työtunteja, varaosia, tarvittavia kuljetuksia sekä matka- ja majoituskuluja..				
Kaiken kattavan huoltosopimuksen kokonaishinnan erittely.	Lataus vaaditaan			
Mahdollisesta huoltosopimuksesta ja sen laajuudesta takuuajan jälkeiselle ajalle hankintayksikkö päättää erikseen takuuajana/takuuajan jälkeen.				

Yhteiset kriteerit/tiedot

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
CE-merkintä ja kansalliset ja EU:n lait, asetukset ja määräykset				
Laitteen osilla, tarvikkeilla ja ohjelmistoilla on CE-merkintä tarjouksen jättöhetkellä. Tarjoaja liittää tarjoukseensa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (EU Declaration of Conformity). Tarjoaja toimittaa vaatimustenmukaisuusvaatimuksen tai valmistajan allekirjoittaman käännöksen siitä englanniksi tai suomeksi. Vaihtoehtoisesti tarjoaja toimittaa alkuperäinen vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen sekä virallisen käännöksen suomeksi tai englanniksi.	Lataus vaaditaan			
Jos lainsäädäntö ei edellytä CE-merkintää, tarjoaja liittää tarjoukseen selvityksen, miksi CE-merkintää ei edellytetä. Jos tarvikkeen markkinoilla pitämiseen ilman CE-merkintää on viranomaisen poikkeuslupa, tarjoaja liittää poikkeusluvan tai selvityksen poikkeusluvasta tarjoukseen.				
Laite täyttää joko EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan MD-asetuksen EU 2017/745 (MDR) tai direktiivin 93/42/ETY vaatimukset MDR-asetuksen siirtymäsäädösten mukaisesti.	"Kyllä" vaaditaan			
Tietoliikenneyhteydet				
DICOM				
DICOM-palveluluokka Dicom storage SCU (tallenteiden arkistointia varten).	"Kyllä" vaaditaan			

DICOM-palveluluokka Dicommodality worklist SCU (potilastiedon hakua varten).	"Kyllä" vaaditaan
Jos kyllä	
Laitteelle tulee pystyä määrittelemään käytettävän työlistan nimi (Scheduled station AET), jotta laitteelle ei tule koko hyvinvointialueen potilaat vaan pelkästään työlistan nimimäärittelyn mukaiset potilaat. Scheduled Station AET ja laitteen oma AET eroavat toisistaan laitteen asetuksissa.	"Kyllä" vaaditaan
Laitteen tulee käyttää Dicom-työlistan haussa saatua Study Instance UID-arvoa. Laite ei saa muuttaa tai generoida tätä arvoa laitteen omaksi Study UID:ksi.	"Kyllä" vaaditaan
Tietosuoja	
Laitteessa henkilötietojen käsittelyn osalta laitteiston /järjestelmän tulee olla voimassa olevan EU:n ja Suomen lainsäädännön mukainen	"Kyllä" vaaditaan
Henkilötietojen käsittely laitteessa / järjestelmässä tulee suojata käyttöoikeuksin.	"Kyllä" vaaditaan
Järjestelmällä tulee olla kyvykyys tukea henkilötietojen elinkaaren hallintaa. Henkilötietojen elinkaari sisältää toimenpiteet henkilötietojen keräämisen, käsittelyn, siirtämisen, luovuttamisen ja käsittelyn päättymisen osalta.	"Kyllä" vaaditaan
Elinkaaren hallinnalla tarkoitetaan elinkaaren vaiheissa tapahtuvien toimenpiteiden muokkaamista Pohteen tarpeen mukaan, esimerkiksi tietojen käsittelyn päättyessä tulevat kyseeseen henkilötietojen käsittelysopimuksessa tarkennetut toimenpiteet. Pohteen tulee saada tarpeelliset tiedot järjestelmästä, jotta Pohde voi rekisterinpitäjänä hallita vastuullaan olevien tietojen elinkaarta.	
Tarjouspyynnön liitteenä esitetään Tilaajan tietosuoja-asiakirjat (liitteet 1-4).	"Kyllä" vaaditaan
Tarjoaja sitoutuu edellä esitettyihin Tilaajan tietosuoja-asiakirjojen ehtoihin.	
Perustason tietoturva	
Tarjouspyynnön liitteenä (liite 5) esitetään Tilaajan perustason tietoturva-vaatimukset.	"Kyllä" vaaditaan
Tarjoaja sitoutuu liitteessä esitettyihin Tilaajan perustason tietoturva-vaatimukset -ehtoihin.	
TIEDOKSI; Pohteen tietoturva tarkistaa liitteen kelpoisuuden. Kelpaamaton liite voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen	
Tarjoaja lataa tähän kohtaan täydentämiensä perustason tietoturva-vaatimukset.	Lataus vaaditaan
Työasemaympäristön vaatimukset	
Tarjouspyynnön liitteenä (liite 6) esitetään Tilaajan työasemaympäristön vaatimukset	"Kyllä" vaaditaan
Tarjoaja sitoutuu liitteessä esitettyihin Tilaajan työasemaympäristön vaatimukset -ehtoihin.	
Tutustumiskäynti	
Tarjoajan on tarvittaessa järjestettävä tutustuminen tarjoamaansa laitteeseen neljän (4) viikon kuluessa pyynnöstä. Laitteeseen tutustutaan tarvittaessa sairaalaympäristössä, jossa laite on käytössä. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on selvittää ja tarkistaa tarjotusta laitteesta käyttäjäasiantuntijoiden laitteelle asettamien pakottavien vaatimusten paikkaansapitävyys sekä vertailtavia ominaisuuksia. Mahdollinen tutustumiskäynti tapahtuu tilaajan omalla kustannuksella.	"Kyllä" vaaditaan

Toimitus ja asennus

Asennuksen kaikkine kustannuksineen on sisällyttävä laitteen hintaan. "Kyllä" vaaditaan

Laitteisto on toimitettava käyttövalmiina paikalleen asennettuna ja pakkausmateriaali on toimitettava talon kierrätyspisteisiin tai lähimpään jätehuoltopisteeseen. "Kyllä" vaaditaan

Laskutus tapahtuu hyväksytyä toimitusta vastaan. Toimitus hyväksytään vastaanottotarkastuksessa. "Kyllä" vaaditaan

Takuu

Tarjouksessa on selostettava takuun laajuus ja ehdot. Lataus vaaditaan

Takuuajan määräaikaishuoltojen on sisällyttävä laitteen hankintahintaan sisältäen mahdollisen kaksivuotishuollon. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan takuuajan määräaikaishuolloista ja toimittamaan sähköisen huoltoraportin. "Kyllä" vaaditaan

Tarjouksessa on annettava kuvaus takuuajan huoltojärjestelyistä sekä selostettava huoltojärjestelyjen laajuus ja ehdot. Lataus vaaditaan

Varaosien takuu aika vähintään kuusi (6) kk 6
 kuukautta. Syötettävä kokonaisluku

Varaosien ja tarvittavien huolto-ohjeiden saatavuus vähintään seitsemän (7) vuotta siitä kun kyseisen laitemallin valmistus on lopetettu. 7
 vuotta. Syötettävä kokonaisluku

Koulutukset

Laitteiden suomenkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle. "Kyllä" vaaditaan

Kesto minimissään 1 viikko käyttöönoton yhteydessä + min. 3 päivää takuuajana erikseen sovittuna ajankohtana.

Jos kyllä

Koulutuksen sisältö on kuvattava (kesto, laajuus, saatavuus, koulutuksen kieli). Lataus vaaditaan

Lisäkoulutuspäivien hinta. Lataus vaaditaan

Laitteen hankintahintaan on sisällyttävä Toimittajan järjestämä perusteellinen huoltokoulutus Ostajan teknisen osaston henkilöstölle. Koulutus on toteutettava takuuajana suomen- tai englanninkielellä. "Kyllä" vaaditaan

Koulutuksen saaneen teknisen huoltohenkilöstön tulee selviytyä laitteen ylläpitohuollosta ja korjauksista (sisältö kuvattava). Ostaja vastaa osallistujiensa matka- ja majoituskuluista koulutuksen aikana.

Jos kyllä

Huoltokoulutuksen sisällön kuvaus ja hinta. Lataus vaaditaan

Huolto

Tarjouksessa on kuvattava huolto-organisaatio ja ilmoitettava sen yhteystiedot. Lataus vaaditaan

Tarjouksessa on annettava kuvaus huollon ja huoltosopimuksen veloituserusteista hinnastoineen sekä eri huoltosopimustasoista takuuajan jälkeen hinnastoineen. Lataus vaaditaan

Tilaaja päättää erikseen mahdollisesta huoltosopimuksesta ja sen laajuudesta takuuajan jälkeen.

Tarjouksessa on annettava kuvaus vikahuollon vasteajoista. Esimerkiksi puhelinvasteaika ja milloin huoltomies paikalla vikailmoituksesta. Lataus vaaditaan

Etähuoltoyhteys laitteelle. "Kyllä" vaaditaan

Varalaitemahdollisuus vikatilanteessa. Valinta vaaditaan

Jos kyllä	
Kuvaus varalaitemahdollisuudesta.	Lataus vaaditaan
<i>Varalaittepalvelu on veloituseton. Toimittaja toimittaa ja noutaa varalaitteen veloitusetta.</i>	
Varaosat hintatietoineen	Lataus vaaditaan
<i>Lataa tähän varaosaluettelo tuote- ja hintatietoineen. Liitteessä on oltava vähintään yleisimmät varaosat, joita laitteen elinkaaren aikana tarvitaan. Hankintayksiköllä on oikeus hankkia varaosia tarpeen mukaan. Varaosien hintoihin noudatetaan tarjouspyynnön liitteenä olevan hankintasopimuksen hinnankorotusehtoja</i>	
Tarjouksessa on ilmoitettava varaosien toimitusaika.	Syötettävä

Muut tiedot

Hankintayksikön esittely

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Vastaamme noin 416 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä on töissä lähes 18 500 alan osaajaa.

Pohteella sijaitsee yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta, Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). Rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa palvelemaan niin alueemme asukkaita kuin ympäröiviä hyvinvointialueitakin.

Pohteen alue muodostuu seuraavista 30 kunnasta: Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.

Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa.

Hinta ja kaupalliset ehdot

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta.

Laskutus ja maksuehto

Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Palvelun tuottajaa ja kaikkia sen työntekijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus samassa laajuudessa kuin terveydenhuollon työntekijöitä. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuvat myös sopimuksen tai työsuhteen päättymisen jälkeen.

Hylkäämisperusteet

Tarjoukset on jätettävä pyydettyssä muodossa ja määräajassa tullakseen huomioiduksi.

Ennen tarjousvertailuvaihetta asiantuntijaryhmä käy läpi tuotteelle ja tuotteen tarvikkeille asetetut pakottavat vaatimukset tarjousasiakirjojen perusteella. Tarvittaessa tutustutaan koekäyttöjen avulla hankittaviin tuotteisiin ja tuotteiden tarvikkeisiin niiden käyttöympäristössä pakottavien vaatimusten ja/tai vertailtavien ominaisuuksien selvittämiseksi.

Tarjotut tuotteet ja tuotteen tarvikkeet, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä asetettuja pakottavia vaatimuksia, hylätään.

Tarjouspyynnön vastaiset ja puutteelliset tarjoukset hylätään.

Tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, mikäli ilmenee, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 § tai 81 § tarkoitettu poissulkemisperuste.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.

Sopimusmenettely

Sopimus allekirjoitetaan aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua hankintapäätöksen tiedoksiannosta.

Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää, että hankinnalle asetettu määrärahaehto täyttyy.

Hankinta toteutetaan ja hankintasopimus tehdään, jos sille myönnetään riittävä määräraha vuoden 2026 talousarviossa. Jos hankinta toteutetaan, sopimuskauden aikana hyvinvointialue osoittaa määrärahat tämän hankintapäätöksen mukaisille hankinnoille kunakin vuonna erikseen. Hankintoja toteutetaan kunakin vuonna määrärahojen puitteissa. Jos määrärahaa ei jotakin vuotta koskien myönnetä lainkaan, ei hankintapäätöksen mukaisia hankintoja tuona vuotena tehdä

Asiakirjojen julkisuus

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) määrittää asiakirjojen julkisuuden. Mikäli tarjoajan tarjousasiakirjat sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia, ne on ilmoitettava erillisellä, salassa pidettäväksi merkityllä liitteellä.

Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot, kuten hinta, eivät pääsääntöisesti ole tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia.

Mahdolliset asiakirjapyynnöt on toimitettava kirjallisesti hyvinvointialueen hankintapalveluihin.

Päätöksenteon perusteet

Hankintayksikkö valitsee kaksi eniten pisteitä saanutta laitekokonaisuutta etusijajärjestyksessä siten, että eniten pisteitä saanut laitekokonaisuus on ensimmäisenä. Pisteitä saa hinnasta maksimissaan 50 pistettä ja laadullisin perustein maksimissaan 50 pistettä.

Jos valituksi tulleen toimittajan kanssa ei päästä sopimukseen, tilaajalla on oikeus ilman uutta kilpailutusta tehdä sopimus toiseksi tulleen toimittajan kanssa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksen tulkintaan liittyvät mahdolliset erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät pääse neuvottelutulokseen, ratkaistaan ristiriidat tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia.

Muut asiat

Hankintasopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos hankintasopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä:

1. Hankintasopimus
2. Tarjouspyyntö
3. JYSE 2025 Tavarat
4. Tarjous

Liitteet ja linkit

Liitteet

Code of Conduct - vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet_Pohde.pdf
JYSE 2025 Palvelut.pdf
JYSE 2025 Tavarat.pdf
Sopimusluonnos Terveyskeskus- ja sairaalatasoiset_natiivikuvauslaitteet.pdf
Tarjouspyynnön liite Alihankkijat.xls
Tarjouspyynnön liite Laitetarvikkeet.xlsx
Tarjouspyynnön liite Mahdolliset lisätarvikkeet.xlsx
Tarjouspyynnön liite Ryhmittymä.xls
Henkilötietojen käsittelyn ehdot.pdf
Liite 1 Henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus.docx
Liite 2 Rekisterinpitäjän ohjeet Käsittelijälle.docx
Liite 3 Henkilötietojen siirto EU ETAn ulkopuolelle.docx
Liite 4 Ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.docx
Liite 5 Pohde_perustason_tietoturva vaatimukset v.1.6.xlsx
Pohde_Tietoturvasuusliite 1.6.pdf
Pohteen_tietoturva vaatimusten_tulkintaohje_1.4.docx
espd_505956.pdf