

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

200852 / Potilasvuoteet

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 5

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 5

Yhteiset kriteerit/tiedot		Berner Oy		Camp Scandinavia Oy		Conimex Oy		Lojer Oy		Respecta Oy	
		BML 2025-2540 / Pohde 200852 Potilasvuoteet		Pohde sängyt		Pohde-Potilasvuoteet-Linet-Eleganza2-Conimex		200852 / Potilasvuoteet			
	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET											
Laitteen osilla, tarvikkeilla ja ohjelmistolla on CE-merkintä tarjouksen jättöhetkellä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Annettava selvitys minkä mukaan laite ja tarvikkeet ovat CE-merkitty (EU Declaration of Conformity).		Declaration of conformity Caretec P3.pdf TF-11.6-12 EC Declaration of Conformity for ELBUR PB 526 ; 04.04.2025 ; (1st page).pdf TF-22.6-12 EC Declaration of Conformity for ELBUR PB 325 04.04.2025 ; (1st page).pdf		SB755_DoC_160125.pdf		EU DECLARATION OF CONFORMITY Eleganza2_EN.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Laitteen ja niihin liittyvien tarvikkeiden, lisävarusteiden ja osien tulee täyttää voimassa olevat kansalliset ja EU:n lait, asetukset ja määräykset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjottujen tuotteiden on vastattava nimikkeiden nimityksiä sekä niille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjottavien tuotteiden on sovellettava käyttötarkoitukseen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Ladattava täydelliset puhdistusohjeet. Puhdistusohjeesta tulee selvitä myös pesu- ja desinfointiaineet, joita voi käyttää tuotteen puhdistamiseen.		Caretec cleaning instructions..pdf TF-150-01.EN Instructions for cleaning and disinfecting ELBUR beds ; 30.01.2025.pdf		Puhdistusohjeet.docx		Puhdistusohjeet-E2.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tuotteiden on kestävä normaali yleisesti käytetyt puhdistus- sekä desinfektioaineet. Desinfektioaineet voivat olla alkoholi-, halogeeni-, kvatti-, peroksygeeni- tai peretikkahappopohjaisia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Käyttöohje ja tekninen käsikirja Suomen- ja englanninkielien käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista ja pikaohjeet laitteen käyttöön suomenkielillä sisältyvät hankintahintaan. Pyynnöstä Toimittaja toimittaa loppukäyttäjälle tarjotut käyttöohjeet myös ruotsin kielellä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Suomen- tai englanninkielinen tekninen käsikirja (service manual), joka sisältää kytkentäkaaviot, osaluettelot, kalibrointiohjeet sekä desinfiointi- ja puhdistusohjeet sisältyy hintaan. Tekninen käsikirja tulee toimittaa sähköisessä muodossa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Mahdollisen ohjelmistoylläpitosopimuksen ehdot ja hinta on ilmoitettava.						Ohjelmistojen ylläpito.pdf		Liikesalaisuus			
Takuu											
Laitteen takuuaika on vähintään kaksi (2) vuotta.		3 vuotta		2 vuotta		2 vuotta		2 vuotta		Liikesalaisuus	
Tarjouksessa selostettava takuun laajuus ja ehdot.		Takuu Elbur.jpg		Takuu.pdf		Takuun-laajuus-ja-ehdot kopio.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tarjouksessa on annettava kuvaus takuujan huoltojärjestelystä. Kahden vuoden määräaikaishuollot sisällyttävä hankintahintaan.		Takuuhuollot_pohde_SALAINEN .pdf		Kuvaus takuujan huoltojärjestelystä.docx		Kuvaus-takuujan-huoltojärjestelystä.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	

Pisteiden laskentatapa

Varaosien takuu aika vähintään yksi (1) vuosi.		1 vuotta		1 vuotta		1 vuotta		1 vuotta		Liikesalaisuus	
Varaosien ja tarvittavien huolto-ohjeiden saatavuus vähintään seitsemän (7) vuotta siitä kun kyseisen laitemallin valmistus on lopetettu.		7 vuotta		7 vuotta		10 vuotta		7 vuotta		Liikesalaisuus	
Käyttökoulutus		Käyttökoulutus_Berner.pdf		Käyttökoulutus.docx		Käyttökoulutuksen-kuvaus.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Laitteen suomenkielinen ja tarvittaessa ruotsinkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle sisältyy hankintahintaan. Koulutuksen sisältö on kuvattava.		Käyttäjätuki_Berner.pdf		Käyttäjätuki.docx		Käyttäjätuki.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tuotteelle tulee järjestää suomenkielinen ja tarvittaessa ruotsinkielinen käyttäjätuki. Käyttäjätuellella tarkoitetaan tuotetukea ja tuotteiden käytön opastusta tuotteen käyttäjille. Käyttäjätuki antaa tuotteen käyttämiseen ja/tai soveltuvuuteen liittyviin kysymyksiin nopean suullisen tai kirjallisen vastauksen. Käyttäjätuki on avoinna vähintään arkisin klo 9–15. Käyttäjätuki sisältyy tuotteen hintaan. Käyttäjätuen sisältö ja toimintatapa on kuvattava.											
Termi "arkisin" tarkoittaa päiviä maanantaista perjantaihin pois lukien arkipyhäpäivät. Arkipyhäpäivinä tarkoitetaan seuraavia päiviä ma-pe osuvia: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, itsenäisyyspäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.											
Huoltokoulutus											
Sopimustuotteelle on annettava erikseen pyydettyäessä veloitukseton suomenkielinen huoltokoulutus. Lisäksi on annettava erillinen veloitukseton huoltovaltuutus tarvittavine koulutuksineen, mikäli sopimustuotteen huolto sitä edellyttää. Annetusta koulutuksesta toimitetaan sähköisessä muodossa henkilökohtainen todistus koulutukseen osallistuneille. Huoltokoulutuksen saaneen teknisen henkilöstön tulee selvittyä sopimustuotteiden ylläpitohuolloista ja korjauksista.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Huolto											
Tarjouksessa on kuvattava huolto-organisaatio ja ilmoitettava sen yhteistiedot.		Kuvaus_huolto-organisaatio_pohde_SALAINEN.pdf		Huolto organisaatio.docx		Huolto-organisaatio kopio.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tarjouksessa on annettava kuvaus huollon ja huoltosopimuksen veloituserusteista sekä hinnasto eri huoltosopimustasoista takuuajan jälkeen.		Huoltosopimuksen veloituserusteet_pohde_SALAINEN.pdf		Huoltosopimus pohja.docx		Huoltotyöhinnasto takuuajan jälkeen.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Tilaaaja päättää erikseen mahdollisesta huoltosopimuksesta ja sen laajuudesta takuuajan jälkeen.											
Tarjouksessa on annettava kuvaus vikahuollon vasteajasta.		Kuvaus_vikahuollon_vasteaika_Pohde_SALAINEN.pdf		Vikakorjaus.docx		Vikahuollon-vasteajat.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Milloin huoltohenkilö paikalla vikailmoituksesta.											
Tarjouksessa on ilmoitettava varaosien toimitusaika, maksimissaan seitsemän (7) työpäivää.		7 työpäivää		7 työpäivää		7 työpäivää		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	

Vuodeosastossänky 90 cm (ei konepestävä)	Berner Oy	Camp Scandinavia Oy	Conimex Oy	Lojer Oy	Respecta Oy
	BML 2025-2540 / Pohde 200852 Potilasvuoteet	Pohde sängyt	Pohde-Potilasvuoteet-Linet-Eleganza2-Conimex	200852 / Potilasvuoteet	
Vuodeosastossänky 90 cm (ei konepestävä) Maksimipisteet	Ei tarjottu	Ei tarjottu	Annettu tieto	Annettu tieto	Ei tarjottu
	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet	Pisteet

Pisteiden laskentatapa

Yksikköhinta					2489,00 EUR / KPL		2620,00 EUR / KPL			
Hankittava määrä 260 KPL					647140,00 EUR		681200,00 EUR			
Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnön vaatimukset ja hintatietokohtaan tulee täyttää yhden (1) vuodeosastosängyn kokonaishinta seuraavalla kokoonpanolla tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti: Tarjottu vuodeosastosänky Sivulaidat/kaiteet molemmin puolin vuodetta Akku Päätyjä 2 kpl Nesteenantoteline Kohotautumisteline Käsiohjaimet Nousutuet Tätä kokonaishintaa käytetään vertailuhintana. Vertailtava kokonaisuus ei ole hankittava kokonaisuus. Tarjoukset on tehtävä jokaisesta tarjotusta laitekokoonpanosta erillisinä omina tarjouksinaan Cloudia -järjestelmään (laite ja tarvikkeet/lisävarusteet).										
Tuotenumero ja tuotenimi.					1GRA6828-1995, Linet Eleganza2		ScanAfia ICU L 90cm			
Sailab-koodi.					-					
Tuote-esite.					Eleganza2-Esite-2025.pdf		Liikesalaisuus			
Valmistajan käyttöohje.					D9U001GRA-0113_01pdf (1).pdf		Liikesalaisuus			
Alkuperämaa.					Tsekki		Suomi			
Toimitusaika tilauksesta toimitukseen.					10 viikkoa		8 viikkoa			
Tarjotun vuodeosastosängyn hinnasto Excel -tiedostona sisältäen kaikki vuodeosastosängyn vertailuhintaan tarjotut osat/lisävarusteet eriteltynä.					Eleganza2-hintalista.xlsx		Liikesalaisuus			
Eriteltyjen tuotteiden yhteenlasketun hinnan tulee olla sama, kuin tarjottu vertailuhinta. Jokainen tarjottu osa/lisävaruste voidaan ostaa erikseen.										
Mahdolliset lisävarusteet.					Eleganza2-hintalista.xlsx		ScanAfia X ICU L Pohde Lisävarusteet.xlsx			
Mahdolliset kulutustarvikkeet hintoiineen sekä muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttörajoitukset on ilmoitettava.					Kulutustarvikkeet-ja-muiden-valmistajien-kulutustarvikkeiden-käyttörajoitukset.pdf		Käyttörajoitukset.docx			
Ladattava vuodeosastosängyn päätyjen mahdolliset väri vaihtoehdot. Mikäli eriväriset päätyvaihtoehdot ovat erihintaisia, hinnat on ilmoitettava.					Eleganza2-päätyjen-kontrastivärit.pdf Linet Eleganza 2 -päätyjen kontrastivärien hinnat.pdf		Sairaalasängyn päätyjen värit Lojer Oy.pdf			
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET										
Vuodeosastosänky täyttää standardin SFS-EN 60601-1-1 ja SFS-SN 60601-2 52 vaatimukset Medical Bed.					Kyllä		Kyllä			
Sängyn suurin leveys ei saa ylittää 100 cm, potilaskuljetusasennossa.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava vuodeosastosängyn suurin leveys potilaskuljetusasennossa.					99,5		99,5cm			
Makuutason leveys 90 cm.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava sängyssä käytettävän patjan koko.					200x90		88/90 x 200/205cm			
Sähkökäyttöinen.					Kyllä		Kyllä			
Laita/laidat koko pitkät.					Kyllä		Kyllä			
150 mm kaksoisintegraalipyörät keskuslukituksella.					Kyllä		Kyllä			
Keskuslukitus lukitsee kaikki pyörät samasta polkimesta, niin että kaikkien pyörien pyöriminen ja kääntäminen on estetty.					Kyllä		Kyllä			

Osa-aluekohtainen
Osa-aluekohtainen

Suuntapyörä tai muu suuntavakautta parantava ominaisuus.					Kyllä		Kyllä			
Akkuvarmennettu.					Kyllä		Kyllä			
Pituuden jatkomahdollisuus.					Kyllä		Kyllä			
4-osainen makuutaso.					Kyllä		Kyllä			
Sähköinen makuutason korkeusäättö.					Kyllä		Kyllä			
Makuutason alin korkeus.					395 mm		340 mm			
Makuutason ylin korkeus.					775 mm		840 mm			
Sähkösäätöinen Trendelenburg/Antitrendelenburg.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava asteina Trendelenburg/Antitrendelenburg					16/16 -astetta		20 / 12			
Sähköinen selkänojansäätö.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava säätöalue asteina.					0-64 -astetta		0-70			
Sähköinen reisiosansäätö.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava säätöalue asteina.					0-32 -astetta		0-30			
Sähköinen tai mekaaninen pohjeosan säätö.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava säätöalue asteina.					0-15 -astetta		0-18			
Vuodeosastosängyssä on vähintään yksi ohjainpaneeli/ohjain hoitohenkilökunnalle ja yksi ohjain potilaalle.					Kyllä		Kyllä			
Selkäosan hätälasku.					Kyllä		Kyllä			
Sängyn pohjalevyssä on irrotettavissa tarvittaessa puhdistusta varten, ja rakenne sellainen, että se mahdollistaa patjan tuuletuvuuden.					Kyllä		Kyllä			
Paikka nousutuelle molemmin puolin (nousutuen pikalukot molemmin puolin vuodetta) tai integroidut nousutuet molemmin puolin tai nousutukena toimivat laidat molemmin puolin.					Kyllä		Kyllä			
Selvitys toteutustavasta.					Selvitys-nousutuen-toteutustavasta.pdf		Liikesalaisuus			
Paikka lepositeille vähintään kuusi (6) kpl. Sängyn molemmissa päissä sekä keskiosassa oltava kestävät metalliset lepositeiden paikat.					Kyllä		Kyllä			
Törmäyspyörät.					Kyllä		Liikesalaisuus			
Vuodeosastosänkyyn saatavissa nesteenantoteline neljällä metallisella koukulla.										
Kuvaus ladattava.					Nesteenantoteline .pdf		Liikesalaisuus			
Nesteenantotelineen paikka vuodeosastosängyn rungossa, ei liiku päätyä liikuttaessa.					Kyllä		Kyllä			
Nesteenantotelineiden paikat ja lukumäärä.					Nesteenantotelineiden-paikat.pdf		Liikesalaisuus			
Nesteenantotelineen sijoituspaikka vaihdettavissa ilman erillisiä lisäosia.					Kyllä		Kyllä			
SWL vähintään 250 kg.					250 kg		340 kg			
Päädyt irrotettavissa pikalukituksella.					Kyllä		Kyllä			
Alaslaskettavat laidat.					Kyllä		Kyllä			
Vuodeosastosänkyyn saatavissa kohotautumisteline.					Kyllä		Kyllä			
Ilmoitettava vuodeosastosängyn paino hintavertailun kokoonpanolla.					165 kg		125 kg			
Ilmoitettava takuu aika.					2 vuotta		2 vuotta			
Ilmoitettava takuu aika rungolle.					10 vuotta		10 vuotta			
Selvitys pakottavien vaatimusten toteutumisesta (ei tarjotun tuotteen tuote-esite).					Selvitys pakottavien vaatimusten toteutumisesta .pdf		Liikesalaisuus			
KOEKÄYTTÖ										

Tarjoajan on järjestettävä tarjoamaansa vuodeosastosängyn koekäyttö, tutustuminen tai esittely ostajan tiloissa veloituksetta kolmen (3) viikon sisällä pyynnöstä pyydettyllä kokoonpanolla. Koekäytön tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Vuodeosastosängyn tutustutaan sairaalaympäristössä, jossa vuodeosastosänky on käytössä. Koekäytön tarkoituksena on selvittää ja tarkistaa tarjotusta vuodeosastosängystä käyttäjäasiantuntijoiden vuodeosastosängylle asettamien pakottavien vaatimusten paikkansa pitävyys sekä vertailtavia ominaisuuksia. Tarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan myös vuodeosastosängyn poisviennistä koekäytön päätyttyä. Ostaja vastaa osallistujensa matka- ja majoituskuluista tutustumisen aikana. Vertailuun mukaan pääseminen edellyttää tuotteiden toimittamista tilaisuuteen.					Kyllä		Kyllä			
Käyttjävertailuun toimitettavan vuodeosastosängyn tulee sisältää vähintään seuraavat varusteet tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti: Vuodeosastosängyn pidennysosa (jos erillinen) Sivulaide/kaiteet molemmin puolin vuodetta Akku Päätyjä 2 kpl Nesteenantoteline Kohotautumisteline Käsiohjaimet Nousutuet										
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET Kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen sekä koekäytön, esittelyn tai tutustumisen perusteella. Useampi Tarjoaja voi saada saman pistemäärään samasta vertailtavasta kohteesta. Piste-ero kerrotaan ja avataan sanallisin perustein.										
Puhdistettavuus Vuodeosastosängyn puhdistusohjeen mukaan, puhdistuksessa esiin nousseet huomiot pisteytetään. 10 pistettä=Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan vaivattomasti ja nopeasti 5 pistettä=Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan, mutta tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi väljää/rakojta, joita ei saa puhtaiksi 2 pistettä= Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan, mutta tuote sisältää paljon vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi väljää/rakojta, joita ei saa puhtaiksi. 0 pistettä=Puhdistus ei onnistu ohjeen mukaan.	10,00				Puhdistus onnistuu vaivattomasti ja nopeasti.	10,00	Sängyn alaosassa hieman puhdistamista hankalottavia pintoja, koloja ja rakojta. Sivulaiteen puhdistaminen koettiin hieman työläämmäksi kuin toinen tarjottu tuote; puhdistettavia pintoja enemmän erilaisen rakenteen vuoksi.	5,00		Manuaalinen

Käsiteltävyys Arvioidaan suuntavakautta, kääntöä, kääntösädetä, jarruja.	10,00					Vuodeosastosängyn käsiteltävyys erinomaista.	10,00	Vuodeosastosängyn käsiteltävyys hyvää. Jarrut ja niiden toiminta: Jarrukaari on toisessa päädyssä (jalkopäädystä), lukituksen poistaminen tehdään ylöspäin, joten se todettiin hieman hankalammaksi käyttää kuin toisessa vertailtavassa tuotteessa. Jarrukaaren sijainnin vuoksi sen käyttäminen todettiin hieman työlämmäksi. Jarrus käytettäessä joutuu hieman kurottelemaan.	5,00		Manuaalinen
Suuntavakaus: Testiradalla vuodeosastosänkyä pyritään kuljettamaan suoraan ja arvioidaan miten vuodeosastosänky selviytyy testistä. Testi toteutetaan vuodeosastosänky kuormitettuna suuntapyörää tai 5. pyörää apuna käyttäen, mikäli se on vakiovaruste.											
Kääntö ja kääntösäde: Kääntösäde testataan testiradan käännöksissä. Testissä huomioidaan käännön vaivattomuutta ja suhteutetaan kääntämiseen tarvittavaa voimaa muihin vertailtiin tuotteisiin. Testi toteutetaan vuodeosastosänky kuormitettuna käyttäen 5. pyörää mikäli se on vakiovaruste.											
Jarrut ja niiden toiminta: Testissä tutkitaan jarrupolkimien sijoittelua ja sitä, joutuuko käyttäjä kurottelemaan jarruja tarpeettoman pitkälle kytkiessään jarruja päälle/pois. Lisäksi vertaillaan jarrupolkimen lukitus/avausvoimaa, lukituksen/avauksen voimantarve ei saa olla liian suuri.											
10 pistettä=Vuodeosastosängyn käsiteltävyys erinomaista 5 pistettä=Vuodeosastosängyn käsiteltävyys hyvää 2 pistettä=Vuodeosastosängyn käsiteltävyys tyydyttävää 0 pistettä=Vuodeosastosängyn käsiteltävyys heikkoa											
Käytettävyys Arvioidaan vuodeosastosängyn säätöjen, laitojen ja patjan toimintaa.	20,00					Vuodeosastosängyn käytettävyys erinomaista.	20,00	Vuodeosastosängyn käytettävyys erinomaista.	20,00		Manuaalinen
Laidat: Testataan laitojen alaslaskua, mahdollisia välisentoja, laitojen tukevuutta, laitojen käyttöä potilaan sekä hoitavan henkilökunnan toimesta.											
Trendelenburg/Antitrendelenburg: Elvytystilanteissa nollauksen nopeus.											
Ylös/alaslasku: Säätöalueen hoitoergonomia, pääseekö tarpeeksi alas, esimerkiksi pyörätuolipotilaan kannalta.											
Ohjain/käyttöpaneeli: Säätöjen ottava kuvattu ohjaimen ja käyttöpaneeliin yksiselitteisesti ja selkeästi. Esimerkiksi symboleiden ja/tai suomenkielisen tekstin avulla, niin että käyttäjät ymmärtävät mitä mistäkin säädöstä tai valikosta tapahtuu.											
Vuodeosastosängyn pidennys: Testataan vuodeosastosängyn mahdollisen pidennyksen vaivattomuutta.											
20 pistettä=Vuodeosastosängyn käytettävyys erinomaista 10 pistettä=Vuodeosastosängyn käytettävyys hyvää 2 pistettä=Vuodeosastosängyn käytettävyys tyydyttävää 0 pistettä= Vuodeosastosängyn käytettävyys heikkoa											

Lisäosien toiminta Arvioidaan nesteenantoteelineen kiinnittämistä, päätyjen irrottamista.	10,00					Lisäosien toiminta hyvää. Nesteenantoteelineelle kiinnityspaikka myös jalkapäädyssä. Nesteenantoteelineen korkeudensäätö vaatii molemmat kädet, joten se koettiin hieman hankalaksi säätää. Kohottautumistelineessä ei havaittu oleellisia eroja vertailtavien tuotteiden välillä. Päädyn pikalukitus koettiin hieman hankalammaksi kuin toisessa vertailtavassa tuotteessa. Nousutuen avulla ei pääse jouhevasti ylös johtuen sen sijainnista ja erikseen kiinnitettävänä se koettiin hieman hankalaksi käyttää ja säilyttää.	5,00	Lisäosien toiminta hyvää. Nesteenantoteelineelle vain kaksi paikkaa sängyn pää puolen päädyssä. Nesteenantoteelineen säätö vaivatonta yhdellä kädellä. Kohottautumistelineessä ja sen kiinnittämisessä ei havaittu oleellisia eroja vertailtavien tuotteiden välillä. Päädyn pikalukitus koettiin hieman hankalammaksi kuin toisessa vertailtavassa tuotteessa. Nousutuen avulla ei pääse jouhevasti ylös johtuen sen sijainnista ja erikseen kiinnitettävänä se koettiin hieman hankalaksi käyttää ja säilyttää.	5,00		
Nesteenantoteelineen kiinnitys ja toiminta: Tutkitaan nesteenantoteelineelle varattuja paikkoja vuodeosastosängyssä, testataan telineen kiinnittämistä vuodeosastosängyn sekä testataan telineen korkeuden säädön toimintaa. Kiinnityksen ja korkeuden säädön tulee olla vaivatonta. Telineen paikkojen ja telineen suunnittelun on palveltava käyttötarkoituksia.											
Kohottautumisteline ja kiinnittäminen: Tutkitaan kohottautumistelineelle varattuja paikkoja vuodeosastosängyssä, testataan telineen kiinnittämistä vuodeosastosängyn, kiinnityksen tulee olla vaivatonta. Telineen paikkojen ja telineen suunnittelun on palveltava käyttötarkoituksia.											
Nousutuen/tukien toiminta: Tutkitaan tukien toimintaa ja käytön helpoutta.											
Happipuljon ja laitteiden kiinnitysmahdollisuudet. Tutkitaan siirtohapen ja muiden vuodeosastosängyn kiinnitettävien laitteiden pysymistä kiinni kuljetuksen aikana.											
Päätyjen irrottaminen: Tutkitaan päätyjen irrottamisen vaivattomuutta.10 pistettä=Lisäosien toiminta erinomaista 5 pistettä=Lisäosien toiminta hyvää 2 pistettä=Lisäosien toiminta tyydyttävää 0 pistettä=Lisäosien toiminta heikkoa											
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	50,00						45,00		35,00		
Osa-alueen hinta yht.	50,00					647140,00 EUR	50,00	681200,00 EUR	47,50		
Osa-alueen pisteet yht.	100,00						95,00		82,50		

Manuaalinen

pienin annettu arvo
..... * maksimipisteet
tarjottu arvo

[x] Sijoitus 1.
Valittu toimittajaksi.

[] Sijoitus 2.

Hoivasänky 80 cm		Berner Oy		Camp Scandinavia Oy		Conimex Oy		Lojer Oy		Respecta Oy	
		BML 2025-2540 / Pohde 200852 Potilasvuoteet		Pohde sängyt		Pohde-Potilasvuoteet-Linet-Eleganza2-Conimex		200852 / Potilasvuoteet			
Hoivasänky 80 cm	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Ei tarjottu	Pisteet	Ei tarjottu	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta		1548,00 EUR / KPL						1680,00 EUR / KPL		Liikesalaisuus	
Hankittava määrä 430 KPL		665640,00 EUR						722400,00 EUR		Liikesalaisuus	
Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnön vaatimukset ja hintatietokohtaan tulee täyttää yhden (1) hoivasängyn kokonaishinta seuraavalla kokoonpanolla: Tarjottu hoivasänky Sivulaittaa/kaidetta 2 kpl Päätyjä 2 kpl Kasiohjain 1 kpl Nousutuki Kohottautumisteline Luku- ja ruokailutaso; sängyn laitojen päälle asetettava											
Tarjoukset on tehtävä jokaisesta tarjotusta laitekokoonpanosta erillisinä omina tarjouksinaan Cloudia -järjestelmään (laite ja tarvikkeet/lisävarusteet).											
Tuotenumero ja tuotenimi.		84035, Hoitosänky PB526 80x200						Pro 480		L8011M201C4 Vuode Leo 80x200 cm, vaalea tammi	

Pisteiden laskentatapa

Osa-aluekohtainen
Osa-aluekohtainen

[illegible]

Päättyihin voitava kiinnittää hoitotarvikkeita/laitteita.		Kyllä					Kyllä		Kyllä	
Alaslaskettavat laidat.		Kyllä					Kyllä		Kyllä	
Laidan käyttö ei rajoitu nousutuen asennuksen myötä.		Kyllä					Kyllä		Kyllä	
Muuntajan sijainti ja verkkojohdon kiinnitystapa kuvattava.		Näyttökuvaa 2025-05-12 114230.png					Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
Laitteen käsiohjaimen tulee olla helposti vaihdettavissa ilman laitteen elektroniikkaboksin irroitusta.		Kyllä					Liikesalaisuus		Kyllä	
Ilmoitettava takuu-aika.		3 vuotta					2 vuotta		Liikesalaisuus	
Ilmoitettava takuu-aika rungolle.		5 vuotta					10 vuotta		Liikesalaisuus	
Selvitys pakottavien vaatimusten toteutumisesta (ei tarjotun tuotteen tuote-esite).		TF-11.7.7-01-PL EN - Dane techniczne Łódzka do opieki długoterminowej ELBUR PB 526 II - 24.03.2025.pdf					Liikesalaisuus		Liikesalaisuus	
KOEKÄYTTÖ										
Tarjoajan on järjestettävä tarjoamaansa hoivasängyn koekäyttö, esittely tai tutustuminen ostajan tiloissa veloituksetta kolmen (3) viikon sisällä pyynnöstä pyydetyllä kokoonpanolla. Koekäytön tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Hoivasängyn tutustutaan ympäristössä, jossa hoivasängy on käytössä. Koekäytön tarkoituksena on selvittää ja tarkistaa tarjotusta hoivasängystä käyttäjäasiantuntijoiden hoivasängylle asettamien pakottavien vaatimusten paikkansa pitävyys sekä vertailtavia ominaisuuksia. Tarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan myös hoivasängyn poisviennistä koekäytön päätyttyä. Ostaja vastaa osallistujensa matka- ja majoituskuluista tutustumisen aikana.		Kyllä					Kyllä		Kyllä	
Vertailuun mukaan pääseminen edellyttää tuotteiden toimittamista tilaisuuteen.										
Käyttjävertailuun toimitettavan hoivasängyn tulee sisältää tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti vähintään seuraavat varusteet: Sivulaitaa/kaidetta 2 kpl Päätyjä 2 kpl Käsiohjain 1 kpl Nousutuki Kohottautumisteline Luku- ja ruokailutaso; sängyn laitojen päälle asetettava.										
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET										
Kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen sekä koekäytön, esittelyn tai tutustumisen perusteella.										
Useampi Tarjoaja voi saada saman pistemäärään samasta vertailtavasta kohteesta. Piste-ero kerrotaan ja avataan sanallisin perustein.										

Puhdistettavaus Hoivasängyn puhdistusohjeen mukaan, puhdistuksessa esiin nousevat huomiot pisteytetään. 10 pistettä=Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan vaivattomasti ja nopeasti 5 pistettä=Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan, mutta tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi 2 pistettä= Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan, mutta tuote sisältää paljon vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi. 0 pistettä=Puhdistus ei onnistu ohjeen mukaan.	10,00	Tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi.	5,00					Puhdistus onnistuu vaivattomasti ja nopeasti	10,00	Tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi.	5,00	Manuaalinen
Käytettävyys Arvioidaan hoivasängyn säätöjen, laitojen ja patjan toimintaa. Laidat: Testataan laitojen alaslaskua, mahdollisia välisentoja, laitojen tukevuutta, laitojen käyttöä potilaan sekä hoitavan henkilökunnan toimesta. Laidan sijainti ala-asennossa, esimerkiksi kun potilas istuu sängyn laidalla, painaako laita takareisiä. Ylös/alaslasku: Säätöalueen hoitoergonomia, pääseekö tarpeeksi alas, esimerkiksi pyörätuolipotilaan kannalta. Ohjain/käyttöpaneeli: Säätöjen oltava kuvattu ohjaimeen ja käyttöpaneeliin yksiselitteisesti ja selkeästi. Esimerkiksi symboleiden ja/tai suomenkielisen tekstin avulla, niin että käyttäjät ymmärtävät mitä mistäkin säädöstä tai valikosta tapahtuu. 25 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys erinomaista 10 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys hyvää 5 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys tyydyttävää 0 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys heikkoa	25,00	Hoivasängyn käytettävyys hyvää. Alimmassa asennossa sängyn vakaus heikkinen. Ohjaimen säätönapit symbolisesti hankala tulkita ja kaikkia toimintoja ei saa yhdellä kertaa lukittua eikä näe selkeästi mitkä toiminnot on lukittuna.	10,00					Hoivasängyn käytettävyys erinomaista.	25,00	Hoivasängyn käytettävyys erinomaista.	25,00	Manuaalinen
Lisäosien toiminta Kohottautumisteline ja kiinnittäminen: Tutkitaan kohottautumistelineelle varattuja paikkoja hoivasängyssä, testataan telineen kiinnittämistä hoivasängyn, kiinnityksen tulee olla vaivatonta. Telineen paikkojen ja telineen suunnittelun on palveltava käyttötarkoitusta. Nousutuen/tukien toiminta: Tutkitaan tukien toimintaa ja käytön helpoutta. Luku- ja ruokailutaso; sängyn laitojen päälle asetettava: Tutkitaan luku- ja ruokailutason paikalleen asettamisen vaivattomuutta ja tutkitaan luku- ja ruokailutason vakautta käytettäessä. 15 pistettä=Lisäosien toiminta erinomaista 5 pistettä=Lisäosien toiminta hyvää 2 pistettä=Lisäosien toiminta tyydyttävää 0 pistettä=Lisäosien toiminta heikkoa	15,00	Lisäosien toiminta hyvää. Nousutuen kiinnittäminen ja irrottaminen hankalaa, koska vaatii kahden peukaloruuvien pyörittämistä. Kohottautumistelineen käsikahvan korkeuden säätäminen hankalaa perinteisellä solikisäädöllä. Luku- ja ruokailutaso luku herkästi laitojen päälle, ei asettaudu tukevasti paikalleen.	5,00					Lisäosien toiminta erinomaista.	15,00	Lisäosien toiminta hyvää. Nousutuen kiinnittäminen ja irrottaminen hankalaa, kun vaatii kahden peukaloruuvien pyörittämistä. Kohottautumistelineen käsikahvan korkeuden säätäminen hankalaa perinteisellä solikisäädöllä. Luku- ja ruokailutaso luku herkästi laitojen päälle, ei asettaudu tukevasti paikalleen.	5,00	Manuaalinen
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	50,00		20,00						50,00		35,00	

Osa-alueen hinta yht.	50,000	665640,00 EUR	50,00					722400,00 EUR	46,07	795500,00 EUR	41,84
Osa-alueen pisteet yht.	100,000		70,00						96,07		76,84

[] Sijoitus 3.

[x] Sijoitus 1.
Valittu toimittajaksi.

[] Sijoitus 2.

Hoivasänky 90 cm		Bernier Oy		Camp Scandinavia Oy		Conimex Oy		Løjer Oy		Respecta Oy	
		BML 2025-2540 / Pohde 200852 / Potilasvuoteet		Pohde sängyt		Pohde-Potilasvuoteet-Linet-Elanora2-Conimex		200852 / Potilasvuoteet			
Hoivasänky 90 cm	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Ei tarjottu	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet		
Yksikköhinta		1548,00 EUR / KPL		6770,55 EUR / KPL				1680,00 EUR / KPL			
Hankittava määrä 220 KPL		340560,00 EUR		1489521,00 EUR				369600,00 EUR			
Hinnan tulee sisältää tarjouspyynnön vaatimukset ja hintatietokohtaan tulee täyttää yhden (1) hoivasängyn kokonaishinta seuraavalla kokoonpanolla: Tarjottu hoivasänky Sivulaitea/kaidetta 2 kpl Päätyjä 2 kpl Käsiohjain 1 kpl Nousutuki Kohotautumisteline Luku- ja ruokailutaso; sängyn laitojen päälle asetettava Tätä kokonaishintaa käytetään vertailuhintana. Vertailtava kokonaisuus ei ole hankittava kokonaisuus. Tarjoukset on tehtävä jokaisesta tarjotusta laitekokoonpanosta erillisinä omina tarjouksinaan Cloudia -järjestelmään (laite ja tarvikkeet/lisävarusteet). Tuotenumero ja tuotenimi. Sailab-koodi. Tuote-esite. Valmistajan käyttöohje. Alkuperämaa. Toimitusaika tilauksesta toimitukseen. Tarjotun hoivasängyn hinnasto Excel -tiedostona sisältäen kaikki hoivasängyn vertailuhintaan tarjotut osat/lisävarusteet eriteltynä. Eriteltyjen tuotteiden yhteenlasketun hinnan tulee olla sama, kuin tarjottu vertailuhinta. Jokainen tarjottu osa/lisävaruste voidaan ostaa erikseen. Mahdolliset lisävarusteet. Mahdolliset kulutustarvikkeet hintoineen sekä muiden valmistajien kulutustarvikkeiden käyttörajoitukset on ilmoitettava. PAKOTTAVAT VAATIMUKSET Sänky täyttää standardin SFS-EN 60601-1 ja SFS-SN 60601-2 52 vaatimukset Medical Bed. Hoivasängyn runko metallia ja laidat puuta. Hoivasängyn säleikön materiaali ilmoitettava. Laidan kiinnitysmateriaali ilmoitettava. Makuutason leveys 90 cm. Ilmoitettava sängyssä käytettävän patjan koko. Sähkökäyttöinen. Pyörät vähintään 100 mm.											
		84034, Hoitosänky PB 526 90x200		802180113				ScanAfia Pro490			
		Elbur PB526.pdf TF-11.5-02 Instruction for Use of ELBUR PB 526 ; 04.2025.pdf		Hoivasänky 90cm_SB755.pdf SB755_instructions_EN.pdf SB755_instructions_FL.pdf SB755_instructions_SV.pdf				Liikesalaisuus Liikesalaisuus			
		Puola 4 viikkoa 526 lisävarusteilla_SALAINEN.xlsx		Portugali 8 viikkoa Excel-hinnasto tarjotusta kokoonpanosta eriteltynä.xlsx				Suomi 8 viikkoa Liikesalaisuus			
		Accessories and spare parts - PB 526.pdf		Kulutustarvikkeet.xlsx				Liikesalaisuus Liikesalaisuus			
		Kyllä		Kyllä				Kyllä			
		Kyllä PB 526 makuutason säleikkö.pdf		Kyllä Sängyn materiaali.docx				Kyllä Liikesalaisuus			
		Metalli ja muovi Kyllä 90x200		Muovi Kyllä 88 - 90 x 200 cm				Liikesalaisuus Kyllä 88/90 x 205cm			
		Kyllä 100 mm		Kyllä 100 mm				Kyllä 125 mm			

pienin annettu arvo -----, * maksimipisteet tarjottu arvo
Pisteiden laskentatapa

Osa-aluekohtainen
Osa-aluekohtainen

Keskuslukuksia lukitsee kaikki pyörät samasta polkimesta, niin että kaikkien pyörien pyöriminen ja kääntyminen on estetty.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Mekaaninen selkäosan laskeminen sähkökatkon aikana.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
4-osainen makuutaso.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Sähköinen makuutaso korkeudensäätö.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Makuutaso alin korkeus.		390 mm		350 mm			Liikesalaisuus			
Makuutaso ylin korkeus.		800 mm		820 mm			750 mm			
Sähköinen selkänojan säätö.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Ilmoitettava säätöalue asteina.		70		73			70			
Sähköinen reisiosansäätö.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Ilmoitettava säätöalue asteina.		35		28			27			
Sähköinen tai mekaaninen pohjeosan säätö.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Ilmoitettava säätöalue asteina.		20 astetta		24 astetta			10 astetta			
Käsiohjain.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Käsiohjain lukittavissa.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Selkäosan hätälasku.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Vähintään tuuletettava pohjalevytyö.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Paikka kohotautumistelineelle.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Paikka nousutuella molemmin puolin (nousutuen pikalukot molemmin puolin vuodetta) tai integroidut nousutuet molemmin puolin tai nousutukena toimivat laidat molemmin puolin.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Pikalukkojen käyttö ei vaadi erillistä työkalua.										
Selvitys toteutustavasta.		Näyttökuvaa 2025-05-12 115751.png		Nousutuen kiinnitystapa.docx			Liikesalaisuus			
SWL vähintään 200 kg.		200,00 kg		235,00 kg			225,00 kg			
Päättyihin voitava kiinnittää hoitotarvikkeita/laitteita.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Alaslaskettavat laidat.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Laidan käyttö ei rajoitu nousutuen asennuksen myötä.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Muuntajan sijainti ja verkkojohtojen kiinnitystapa kuvattava.		Näyttökuvaa 2025-05-12 114230.png		Muuntaja.docx			Liikesalaisuus			
Laitteen käsiohjaimen tulee olla helposti vaihdettavissa ilman laitteen elektronikkaboksin irrottamista.		Kyllä		Kyllä			Kyllä			
Ilmoitettava takuu aika.		3 vuotta		2 vuotta			2 vuotta			
Ilmoitettava takuu aika rungolle.		5 vuotta		2 vuotta			Liikesalaisuus			
Selvitys pakottavien vaatimusten toteutumisesta (ei tarjotun tuotteen tuote-esite).		TF-11.7.7-01-PL-EN - Dane techniczne łózka do opieki długoterminowej ELBUR PB		Selvitys pakollisista ominaisuuksista.docx			Liikesalaisuus			
KOEKÄYTTÖ										

Tarjoajan on järjestettävä tarjoamaansa hoivasängyn koekäyttö, esittely tai tutustuminen ostajan tiloissa veloituksetta kolmen (3) viikon sisällä pyynnöstä pyydetyllä kokoonpanolla. Koekäytön tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Hoivasängyn tutustutaan ympäristössä, jossa hoivasängy on käytössä. Koekäytön tarkoituksena on selvittää ja tarkistaa tarjotusta hoivasängystä käyttäjäasiantuntijoiden hoivasängylle asettamien pakottavien vaatimusten paikkansa pitävyys sekä vertailtavia ominaisuuksia. Tarjoaja vastaa omalla kustannuksellaan myös hoivasängyn poisviennistä koekäytön päätyttyä. Ostaja vastaa osallistujien matka- ja majoituskuluista tutustumisen aikana. Vertailuun mukaan pääseminen edellyttää tuotteiden toimittamista tilaisuuteen. Käyttäjävertailuun toimitettavan hoivasängyn tulee sisältää vähintään seuraavat varusteet: Sivulaata/kaidetta 2 kpl Päättyjä 2 kpl Käsiohjain 1 kpl Nousutuki Kohotuslaitteet Luku- ja ruokailutaso; sängyn laitojen päälle asetettava.		Kyllä		Kyllä				Kyllä			
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET Kohta arvioidaan tarjousasiakirjojen sekä koekäytön, esittelyn tai tutustumisen perusteella. Useampi Tarjoaja voi saada saman pistemäärään samasta vertailtavasta kohteesta. Piste-ero kerrotaan ja avataan sanallisin perustein.											
Puhdistettavuus Hoivasängyn puhdistusohjeen mukaan, puhdistuksessa esiin nousseet huomiot pisteytetään. 10 pistettä=Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan vaivattomasti ja nopeasti 5 pistettä=Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan, mutta tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi 2 pistettä= Puhdistus onnistuu ohjeen mukaan, mutta tuote sisältää paljon vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi. 0 pistettä=Puhdistus ei onnistu ohjeen mukaan.	10,00	Tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi.	5,00	Tuote sisältää jonkin verran vaikeita/aikaa vieviä puhdistuskohteita esimerkiksi välejä/rakojia, joita ei saa puhtaiksi hankalottavat puhdistamista.	5,00			Puhdistus onnistuu vaivattomasti ja nopeasti.	10,00		

Manuaalinen

Käytettävyys Arvioidaan hoivasängyn säätöjen, laitojen ja patjan toimintaa. Laidat: Testataan laitojen alaslaskua, mahdollisia väliliasentoja, laitojen tukevuutta, laitojen käyttöä potilaan sekä hoitavan henkilökunnan toimesta. Laidan sijainti ala-asennossa, esimerkiksi kun potilas istuu sängyn laidalla, painaako laita takareisiä. Ylös/alaslasku: Säätöalueen hoitoergonomia, pääseekö tarpeeksi alas, esimerkiksi pyörätuolipotilaan kannalla. Ohjain/käyttöpaneeli: Säätöjen oltava kuvattu ohjaimen ja käyttöpaneeliin yksiselitteisesti ja selkeästi. Esimerkiksi symboleiden ja/tai suomenkielisen tekstin avulla, niin että käyttäjät ymmärtävät mitä mistäkin säädöstä tai valikosta tapahtuu. 25 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys erinomaista 10 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys hyvää 5 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys tyydyttävää 0 pistettä=Hoivasängyn käytettävyys heikkoa	25,00	Hoivasängyn käytettävyys hyvää. Alimmassa asennossa sängyn vakaus heikkenee. Ohjaimen säätönapit symbolisesti hankala tulkita ja kaikkia toimintoja ei saa yhdellä kertaa lukittua eikä näe selkeästi mitkä toiminnot on lukittuna	10,00	Hoivasängyn käytettävyys hyvää. Laidat raskaat käsitellä. Laidat eivät laskeudu tarpeeksi alas, joten painavat takareisiä	10,00			Hoivasängyn käytettävyys erinomaista.	25,00			Manuaalinen	
Lisäsien toiminta Kohottautumisteline ja kiinnittäminen: Tutkitaan kohottautumistelineelle varattuja paikkoja hoivasängyssä, testataan telineen kiinnittämistä hoivasängyn, kiinnityksen tulee olla vaivatonta. Telineen paikkojen ja telineen suunnittelun on palveltava käyttötarkoitusta. Nousutuen/tukien toiminta: Tutkitaan tukien toimintaa ja käytön helpoutta. Luku- ja ruokailutaso; sängyn laitojen päälle asetettava: Tutkitaan luku- ja ruokailutason paikalleen asettamisen vaivattomuutta ja tutkitaan luku- ja ruokailutason vakautta käytettäessä. 15 pistettä=Lisäsien toiminta erinomaista 5 pistettä=Lisäsien toiminta hyvää 2 pistettä=Lisäsien toiminta tyydyttävää 0 pistettä=Lisäsien toiminta heikkoa	15,00	Hoivasängyn käytettävyys hyvää. Nousutuen kiinnittäminen ja irrottaminen hankalaa, koska vaatii kahden peukaloruuvien pyörittämistä. Kohottautumistelineen käsikahvan korkeuden säätäminen hankalaa perinteisellä sokkisäädöllä. Luku- ja ruokailutaso lukee herkästi laitojen päällä, ei asettaudu tukevasti paikalleen.	5,00	Hoivasängyn käytettävyys hyvää. Kohottautumistelineen käsikahvan korkeuden säätäminen hankalaa perinteisellä sokkisäädöllä. Luku- ja ruokailutaso painava käsitellä.	5,00			Lisäsien toiminta erinomaista.	15,00			Manuaalinen	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	50,000		20,00		20,00				50,00				pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo
Osa-alueen hinta yht.	50,000	340560,00 EUR	50,00	1489521,00 EUR	11,43			369600,00 EUR	46,07				
Osa-alueen pisteet yht.	100,000		70,00		31,43				96,07				
[] Sijoitus 2.													
[] Sijoitus 3.													
[x] Sijoitus 1. Valittu toimittajaksi.													
Tarjouspyynnön muut ehdot		Berner Oy BML 2025-2540 / Pohde 200852 Potilasvuoteet		Camp Scandinavia Oy Pohde sängyt		Conimex Oy Pohde-Potilasvuoteet-Linet- Eleganza2-Conimex		Lojer Oy 200852 / Potilasvuoteet		Respecta Oy			
TARJOAJAN PERUSTIEDOT													
Tarjouksen numero/tunnus		BML 2025-2540		200852 / Potilasvuoteet		Pohde-Potilasvuoteet-Linet- Eleganza2-Conimex		200852 / Potilasvuoteet		RES-200852			

Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteyshenkilö(t) / edustaja(t) yhteystietoineen		Juha Moilanen Myyntiedustaja • Berner MedLab juha.moilanen@berner.fi +358 44 476 2511	Avainasiakaspäällikkö: Kaisu Haatainen, 0400410865, kaisu.haatainen@campmobility .fi; Myyntiedustajat: Taina Kosunen, 0400185078, taina.kosunen@campmobility. fi & Niina Kostamo, 0401273313, niina.kostamo@campmobility. fi		Mikael Tchernych, mikael.tchernych@conimex.fi, 0407400936		Timo Loukasvuori timo.loukasvuori@lojer.com puh: 010 8306762		Jarmo Köykkä, p. 0403488458, jarmo.koykka@respecta.fi	
Tarjouksessa on ilmoitettava edustajien yhteystiedot. Ilmoitettava nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.										
Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään.		medlab.tilaukset@berner.fi		info@campmobility.fi		myynti@conimex.fi		timo.loukasvuori@lojer.com		myynti@respecta.fi
Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero		Sopimuksen allekirjoittavat Berner Oy puolesta kaksi henkilöä, tässä järjestyksessä: 1. Reima Haukilehto, tarjouspäällikkö, medlab.sopimukset@berner.fi, +358 41 730 9356 2. Annastiina Palmroth-Holst, liiketoimintajohtaja, annastiina.palmroth- holst@berner.fi +358 40 502 2939		Tapani Vuorinen, General Manager, tapani.vuorinen@campmobility .fi, 0449818090		Mikael Tchernych, toimitusjohtaja, mikael.tchernych@conimex.fi, 0407400936		Myyntijohtaja Jouni Maksimainen jouni.maksimainen@lojer.com puh: 040 5483131		Petri Hyttiäinen, Managing Director, petri.hyttiainen@respecta.fi , puh. 0403488675
PAKOLLISET VAATIMUKSET										
Toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä
Tarjoaja on merkitty ennen tarjouksen jättämistä sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvoillisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä
Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Tarjoajalle, - Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille - Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille - Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilaaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä

Tarjoajalla on voimassa olevat lakisääteiset vakuutukset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luotokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.									
OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täytty.									
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä myöhemmin sopimuskaudella.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tiedot löytyvät Luotettava kumppani- tai vastaavasta palvelusta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Täydentäkää, mistä palvelusta.		Luotettava kumppani palvelusta		Vastuu Group		asiakastieto.fi		Vastuu Group Luotettava kumppani-palvelu	
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset viimeistään ennen sopimuksen tekemistä.									
Tarjoaja toimittaa hankintayksikön erillisestä pyynnöstä rikosrekisteriotteet alla kuvatun mukaisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Hankintayksikkö voi varmistua rikosrekisteriotteiden perusteella siitä, ettei tarjoajaa rasita mikään hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Tarjoajaa tilaa otteet Oikeusrekisterikeskukselta omalla kustannuksellaan. Otteet saavat olla korkeintaan 12 kuukautta vanhoja. Rikosrekisteriotteet voidaan pyytää hankintamenettelyn tai sopimuskauden aikana.									
Tarjoaja käyttää alihankkijoita.		Ei		Ei		Ei		Ei	
Alihankkijat täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, ja toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.									
Alihankkijan Y-tunnus									
Alihankkijan virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi									
Minkä osan palvelusta tms. alihankkija suorittaa? Kuvaa alihankkijan suorittamat tehtävät.									
Selvitys, miten tarjoaja valvoo alihankkijan toimintaa									
Tarjous annetaan ryhmittymänä		Ei		Ei		Ei		Ei	

Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi												
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus												
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi												
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus												
Kuvaus ryhmittymän jäsenten välisestä yhteistyöstä. Kuvaava kunkin jäsenen rooli ja tehtävät.												
Ryhmittymän jäsenet ovat yhteisvastuullisessa vastuussa hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.												
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista ryhmittymän jäsenistä eli Luotettava Kumppani-raportti tai edellä luetellut selvitykset												
Tarjoaja on ulkomainen yritys	Ei		Ei		Ei		Ei		Ei		Ei	
Suomen kielelle käännetty sijoittautumismaan viranomaisen antama kaupparekisteriote tai vastaava.												
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin sijoittautumismaasta.												
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä työnantajarekisteriin sijoittautumismaasta.												
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisuusrekisteriin sijoittautumismaasta.												
Suomen kielelle käännetty verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä sijoittautumismaasta.												
Suomen kielelle käännetty selvitys sijoittautumismaan viranomaisen antamista todistuksista työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.												
Suomen kielelle käännetty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta.												
Suomen kielelle käännetty selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.												
Suomen kielelle käännetty selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.												
Jos tarjoaja lähettää Suomeen työntekijöitä, tarjoaja sitoutuu antamaan suomen kielelle käännetyn todistuksen työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta ennen hankintasopimuksen tekemistä.												
Lisäksi tarjoaja sitoutuu koko mahdollisen sopimuskauden ajan antamaan suomen kielelle käännettyä todistusta työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta ennen kuin nämä aloittavat työnteon Suomessa.												
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan ostajalle maksutta suomen kielelle käännettyä tilaajavastuulain mukaiset muut selvitykset koko sopimuskauden ajan.												
Ulkomaisella Tarjoajalla on suomalainen Y-tunnus.	Ei		Ei		Ei		Ei		Ei		Ei	

Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin (Suomesta saatava).											
Selvitys merkinnästä työnantajarekisteriin (Suomesta saatava).											
Selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin (Suomesta saatava)											
Verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä (Suomesta saatava).											
Hankinta- ja kaupalliset ehdot											
Kiinteät tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kahden (2) desimaalin tarkkuudella arvonlisäverottomina nettohintoina tarjouspyynnössä ilmoitetulle yksikölle. Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Kaikki alennukset ja Tilaaajalta veloittavat kulut on sisällytettävä yksikköhintaan. Laskutushinnan on oltava samalla desimaalitarkkuudella kuin tarjoushinnan. Mikäli laskutetaan pakkaushinnalla, yksikköhinnan on oltava sama kuin tarjoushinnan.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Maksuehto on 30 pv netto.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Toimitusmaksut, käsittely- ja laskutussisät ja muut vastaavat kulut sisältyvät hintaan.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laskut lähetetään verkkolaskuina.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Jos tilauksella on sopimustuotteiden lisäksi sopimuksettomia tuotteita, toimitusehto on TOP. Toimitusmaksun voi periä vain tilauksista, joissa on yksinomaan sopimuksettomia tuotteita.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Muut											
Jos laadusta tai toimituksista reklamoidaan kirjallisesti kolme kertaa kolmen kuukauden aikana, eikä toimittaja ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus kyseisen tuotteen osalta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjottavien tuotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja laitteista määrittää.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Jätelaki velvoittaa tuotannon harjoittajaa, valmistajaa, maahantuojaa ja viranomaisia huolehtimaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja se on vaaratonta ja kierrätettävää.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja sitoutuu liitteen Code of Conduct (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet) ehtoihin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja hyväksyy sähköisen tiedoksiannon.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Päätöksen teko pisteiden mennessä tasan. Mikäli kokonaispisteissä päädytään tasapisteisiin, valitaan hinnaltaan halvin. Mikäli myös hinta on sama, suoritetaan valinta arpomalla.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Yleiset sopimusehdot

Muita osin hankinnassa noudatetaan julkisten
hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014
Tavarat (päivitysversio huhtikuu 2022).

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä